OPERATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

# AIR-FLOW® S2




ADDITIONAL SAFETY ADVICE FOR USA:
Caution! Federal (USA) law restricts this unit to sale by or on the order of a dentist

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS


COMPONENTS AND CONTROL ELEMENTS
COMPOSANTS ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE
BESTANDTEILE UND BEDIENELEMENTE
COMPONENTES Y ELEMENTOS DE MANDO
COMPONENTI E DISPOSITIVI DI COMANDO
KOMPONENTER, REGLAGE OCH KNAPPAR

Fold out the cover pages to view technical drawings

Despliegue las tapas de este manual para ver los dibujos

## TECHNICAL MODIFICATIONS

EMS reserves the right to modify the technique, accessories, operating instructions or contents of the set due to technical or scientific improvements.

## MODIFICACIONES TÉCNICAS

EMS se reserva el derecho de realizar modificaciones en la técnica, los accesorios, las instrucciones de empleo, así como en el contenido del embalaje original, siempre y cuando estas modificaciones representen un desarrollo técnico o científico.




## COMPONENTS AND CONTROL ELEMENTS

1 Unit
2 Control lamp "ON"
3 Piezon® handpiece holder
4 "Water" regulation
5 Piezon® handpiece cord
6 Coupling for the Piezon® handpiece cord
7 "Power" regulation
8 "Water" regulation
9 "Airflow" regulation
10 Coupling for the AirFlow® handpiece cord
11 AirFlow® handpiece cord
12 Tool for water filter
13 AirFlow® handpiece holder
14 Powder chamber
15 Powder chamber cap
16 Powder bottle
17 Instrument
18 Endochuck
19 CombiTorque®
20 Flat Key
21 Piezon® handpiece
22 SystemBox Piezon®
23 SystemBox AirFlow®
24 AirFlow® handpiece
25 Short cleaning needle
26 Long cleaning needle
27 Needle guide
28 Maintenance set
29 Water hose
30 Footpedal
31 Compressed air hose
32 Power cable
33 Power switch
34 Condensation water collector
35 Water filter
36 Water filter cartridge
37 Water hose connector
38 Footpedal connection
39 Air hose connector
40 Power socket

EMS supplies units with various accessories. The "Packing list" shows exactly what your unit includes.


36
35
34
33
32
31
30
40
39
38
37
29

ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

SWITZERLAND
EMS SA, Ch. de la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon
Tel. +41 22 99 44 700, Fax +41 22 99 44 701
e-mail: welcome@ems-ch.com
website: www.emsdent.com

GERMANY
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS VERTRIEBS GmbH, Schatzbogen 86, D-81829 München
Tel. +49 89 42 71 610, Fax +49 89 42 71 61 60
e-mail: info@ems-dent.de

FRANCE
EMS France, 23, Av. Louis Bréguet, Immeuble Santos Dumont, Bâtiment D, F-78140 Vélizy Villacoublay
Tél. +33 1 34 58 03 80, Fax +33 1 34 58 03 90
e-mail: info@ems-france.fr

SPAIN
EMS España, Bernardino Obregón 14 bis, E-28012 Madrid
Tlf. +34 91 528 99 89, Fax +34 91 539 34 89
e-mail: ems-es@arrakis.es
website : www.emsspain.com

ITALY
EMS Italia S.p.A., Via Faravelli 5, I-20149 Milano
Tel. +39 02 3453 8111, Fax +39 02 3453 2778
e-mail: dental@ems-italia.it

USA
EMS CORP. USA, 11886 Greenville Ave. #120, Dallas, Texas-75243, USA
Tel. +1 972 690 83 82, Fax +1 972 690 89 81
e-mail: emsusa@emsdent.com

**WWW.EMS-SWISSQUALITY.CH**

© Copyright EMS SA
FB-305/3 ed. 12/05

## COMPONENTES Y ELEMENTOS DE MANDO

1 Equipo
2 Testigo luminoso "ON"
3 Soporte mango Piezon®
4 Regulador "Water"
5 Manguera Piezon®
6 Conector manguera Piezon®
7 Regulador potencia "Power"
8 Regulador "Water"
9 Regulador de presion "Aiflow"
10 Conector manguera AirFlow®
11 Manguera AirFlow®
12 Llave para cambio filtro agua
13 Soporte mango AirFlow®
14 Cámara de polvo
15 Tapa cámara de polvo
16 Botella de polvo
17 Instrumento
18 Endochuck
19 CombiTorque®
20 Llave plana
21 Mango Piezon®
22 SystemBox Piezon®
23 SystemBox AirFlow®
24 Mango AirFlow®
25 Aguja de limpieza corta
26 Aguja de limpieza larga
27 Guía de la aguja
28 Kit de mantenimiento
29 Manguera alimentación de agua
30 Pedal de control
31 Manguera alimentación aire comprimido
32 Cable de red
33 Interruptor principal
34 Vaso separador del filtro de aire
35 Filtro agua
36 Cartucho filtro de agua
37 Enchufe rápido de agua
38 Conexión pedal
39 Enchufe rápido de aire
40 Enchufe de red eléctrica

EMS ofrece este aparato con diferentes variantes de equipamiento. Para sobre el equipamiento exacto de su aparato, consulte por favor el "Packing list" de contenido adjunto.

## COMPONENTI E DISPOSITIVI DI COMANDO

1 Apparecchio
2 Spia luminosa "ON"
3 Portamanipolo Piezon®
4 Manopola "Water"
5 Cordone del manipolo Piezon®
6 Attacco per cordone del manipolo Piezon®
7 Manopola "Power"
8 Manopola "Water"
9 Manopola "Airflow"
10 Attacco per cordone del manipolo AirFlow®
11 Cordone del manipolo AirFlow®
12 Attrezzo per filtro acqua
13 Portamanipolo AirFlow®
14 Vano per la polvere
15 Tappo del vano per la polvere
16 Bottiglia di polvere
17 Strumento
18 Endochuck
19 CombiTorque®
20 Chiave piatta
21 Manipolo Piezon®
22 SystemBox Piezon®
23 SystemBox AirFlow®
24 Manipolo AirFlow®
25 Ago di pulizia corto
26 Ago di pulizia lungo
27 Guida ago
28 Kit di manutenzione
29 Tubo d'alimentazione d'acqua
30 Pedale di comando
31 Tubo per aria compressa
32 Cordone alimentazione elettrica
33 Interruttore principale
34 Separatore di condensa
35 Filtro dell'acqua
36 Cartuccia per filtro
37 Cavo acqua con attacco rapido
38 Attacco per comando a pedale
39 Cavo aria con attacco rapido
40 Presa cavo rete

Per questo apparecchio la EMS mette a disposizione una vasta gamma di accessori. Nel "Packing list" troverete il dettaglio degli accessori compresi nel vostro apparecchio.

## KOMPONENTER, REGLAGE OCH KNAPPAR

1 Apparat
2 Kontrollampa för läge "ON"
3 Hållare för Piezon® handstycke
4 Reglage för vattenflöde
5 Slang till Piezon® handstycke
6 Anslutning för kabel till Piezon® handstycke
7 Reglage för effekt
8 Reglage för vattenflöde
9 Reglage för luftflöde
10 Anslutning för kabel till AirFlow® handstycke
11 Slang till AirFlow® handstycke
12 Verktyg för vattenfilter
13 Hållare för AirFlow® handstycke
14 Pulverbehållare
15 Lock till pulverbehållare
16 Pulverflaska
17 Spets
18 Endochuck
19 CombiTorque®
20 Flat Nyckel
21 Handstycke Piezon®
22 SystemBox Piezon®
23 SystemBox AirFlow®
24 Handstycke AirFlow®
25 Kort nål för rengöring
26 Lång nål för rengöring
27 Nålförare
28 Underhållsset
29 Vattenslang
30 Fotpedal
31 Tryckluftsslang
32 Nätkabel
33 Strömbrytare
34 Uppsamlare för kondensvatten
35 Vattenfilter
36 Vattenfilterpatron
37 Anslutning för vattensslang
38 Anslutning för fotpedal
39 Anslutning för tryckluftsslang
40 Nätkontakt

EMS tillhandahåller apparater med olika tillbehör. Bifogad "Packing list" visar exakt vad som följer med Er apparat.

## DEAR CUSTOMERS,

Thank you for buying a new EMS product. It meets the highest quality and safety standards.

Your AIR-FLOW® S2 is a combination of an air polishing and ultrasonic unit.

This unit is for use in dentistry with EMS Air-Flow® systems.

This product functions with the powders and the systems provided by EMS.

The confinement of the powder by a water jet makes it possible to steer the water jet with great precision and thus ensures a pleasant treatment for your patient.

This product removes dental plaque, soft deposits and surface stains from pits, grooves, interproximal spaces or smooth surfaces of the teeth.

It is also recommended for the following cleaning procedures:

- Plaque removal for placement of sealants
- Surface preparation prior to bonding / cementation of inlays, onlays, crowns and veneers
- Surface preparation prior to placing composite restorations
- Effective plaque and stain removal for orthodontic patients
- Cleaning prior to bonding ortho brackets
- Clean implant fixture prior to loading
- Stain removal for shade determination
- Plaque removal prior to fluoride treatment
- Plaque and stain removal prior to whitening procedure.

## MADAME, MONSIEUR, CHERS CLIENTS,

Nous vous félicitons de l'acquisition de ce nouveau produit EMS. Il répond aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité.

Votre AIR-FLOW® S2 est la combinaison entre un aéropolisseur et un appareil à ultrasons.

Cet appareil est utilisé en dentisterie avec les systèmes Air-Flow® EMS.

Ce produit fonctionne avec les poudres et les systèmes fournis par EMS.

Le confinement de la poudre par un jet d'eau permet d'obtenir une direction précise du jet et, par conséquent, un traitement agréable pour votre patient.

Ce produit permet l'élimination de la plaque dentaire, des dépôts mous et des colorations, présents sur les faces visibles des dents, des sillons ou des espaces proximaux.

Il est également recommandé pour le nettoyage des:

- Puits et fissures avant pose de sealant
- Surfaces avant pose d'inlays ou de facettes
- Surfaces avant obturation avec des composites
- Couronnes et des bridges avant leur pose
- Bagues et des brackets
- Cols et des têtes d'implants
- Surfaces dentaires avant la détermination de la teinte
- Surfaces dentaires avant l'application topique de fluor
- Surfaces dentaires avant le blanchiment.

## LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen EMS Produktes. Es erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit.

Ihr AIR-FLOW® S2 ist eine Kombination aus einem Pulverstrahl und einem Ultraschallgerät.

Dieses Gerät ist für den zahnmedizinischen Einsatz mit EMS Air-Flow® Systemen bestimmt.

Dieses Produkt arbeitet mit EMS Pulvern und ist für die folgenden Anwendungen konzipiert.

Der Wasserstrahl umhüllt das Pulver, wodurch ein direkter, präziser Strahl für eine patientenfreundliche Behandlung möglich ist.

Dieses Produkt erlaubt Plaque, weiche Zahnbeläge und Verfärbungen sowohl auf allen sichtbaren Flächen der Zähne als auch in Fissuren und Interdentalräumen zu entfernen.

Es wird auch für folgende Anwendung empfohlen:

- Reinigen von Vertiefungen und Fissuren vor der Versiegelung
- Reinigen der Oberflächen vor dem Einsetzen von Inlays und Veneers
- Reinigen der Oberflächen vor dem Legen von Kompositfüllungen
- Reinigen von Kronen und Brücken vor dem Einsetzen
- Reinigen festsitzender Bänder und Brackets
- Reinigen von Implantathälsen und köpfen
- Reinigen der Zähne für die Zahnfarbbestimmung
- Reinigen der Zähne vor der Fluoridierung
- Reinigen der Zähne vor Bleaching.

## ESTIMADA CLIENTA, ESTIMADO CLIENTE,

Les felicitamos por la adquisición de su nuevo producto EMS. El cual satisface las exigencias más altas en lo que a calidad y seguridad se refiere.

Su AIR-FLOW® S2 es un equipo combinado con parte pulidora y ultrasonidos.

Este aparato se utiliza en odontología con los sistemas Air-Flow® EMS.

Este producto funciona con los polvos y sistemas suministrados por EMS.

El confinamiento del polvo por medio de un chorro de agua, permite obtener una dirección precisa de dicho chorro y, por consiguiente, un tratamiento agradable para su paciente.

Este producto permite la perfecta eliminación de la placa dental, los depósitos blandos y las coloraciones, existentes en las caras visibles de los dientes, los surcos o los espacios proximales.

Está igualmente recomendado para la limpieza de:

- Cavidades y fisuras, antes de colocar sellados
- Superficies, antes de colocar incrustaciones o porcelanas
- Superficies, antes de su obturación con composites
- Coronas y puentes, antes de su colocación
- Anillos y brackets
- Cuellos y cabezas de implantes
- Superficies dentales, antes de determinar el color exacto
- Superficies dentales, antes de la aplicación tópica de flúor
- Superficies dentales, antes de su blanqueo.

## CARI CLIENTI,

Ci congratuliamo con voi per l'acquisto di questo nuovo prodotto EMS. Esso soddisfa le più alte esigenze di qualità e di sicurezza.

AIR-FLOW® S2 è un sistema combinato di pulizia a getto d'aria e unità a ultrasuoni.

Questo apparecchio è utilizzato in odontoiatra con gli sistemi Air-Flow® EMS.

Questo prodotto è da utilizzare con le polveri e i sistemi forniti da EMS.

Il contenimento della polvere da parte di un getto di acqua permette di ottenere una direzione precisa del getto e, di conseguenza, un trattamento gradevole per il vostro paziente.

Questo prodotto permette l'eliminazione perfetta delle placche dentarie, dei depositi molli e delle colorazioni, presenti sulle facce visibili dei denti, nei solchi o negli spazi interprossimali.

È anche raccomandato per le seguenti procedure di pulizia:

- Cavità e delle fessure prima della posa di sigillante
- Superfici prima della posa di intarsi o di faccette
- Superfici prima dell'otturazione con dei compositi
- Corone e dei ponti prima del loro impianto
- Anelli e dei supporti dentali
- Colli e delle teste di impianti
- Superfici dentarie prima della determinazione del colore
- Superfici dentarie prima dell'applicazione topica di fluoro
- Superfici dentarie prima dello sbiancamento.

## BÄSTE KUND,

Tack för att ni valde denna nya EMS produkt. Den uppfyller högsta kvalitets- och säkerhetskrav.

Din AIR-FLOW® S2 är en kombinerad luftpolerare och ultraljudsenhet.

Denna apparat är tillverkad för användning i dental verksamhet med EMS-Air-Flow® system.

Denna produkt fungerar med de pulver och system som tillhandahålls av EMS.

Inneslutning av pulver i en vattenstråle gör det möjligt att erhålla en stråle med en exakt riktning vilket gör att behandlingen är behaglig för patienten.

Denna produkt gör det möjligt att avlägsna tandplack, mjuka avsättningar och missfärgningar som finns närvarande på de synliga delarna av tänderna, fårorna eller de aproximala mellanrummen.

Den rekommenderas även för rengöring av:

- Hål och sprickor före definitiv plombering
- Tandytor innan man utför inlay eller facetter
- Tandytor innan plombering sker med kompositmaterial
- Kronor och bryggor innan de placeras
- Ringar och klamrar
- Tandhalsar och implantathuvuden
- Tandytor innan färgnyans bestäms
- Tandytor före fluorbehandling
- Tandytor före blekning.

This unit is for use in dentistry with EMS Piezon® systems.

EMS supplies ultrasonic instruments for the following indications:

- Removal of supragingival calculus
- Removal of subgingival calculus
- Periodontal treatment
- Preparation of approximal cavities
- Luting tooth-shaded inlays and onlays with highly thixotropic, dual-curing cements
- Removal of crowns, bridges, inlays and posts as well as condensing gutta-percha.

For any additional information concerning the various instruments and their applicability, please refer to the instructions which are supplied with your Piezon® or Air-Flow® systems. Please do not hesitate to contact your local EMS dealer for further information.

Cet appareil est utilisé en dentisterie avec les systèmes Piezon® EMS.

EMS propose des instruments à ultrasons pour les indications suivantes:

- Elimination du tartre supra-gingival
- Elimination du tartre sous-gingival
- Traitements parodontaux
- Façonnage de cavités proximales
- Scellement d'inlays et d'onlays de teinte naturelle au moyen de ciments hautement thixotropiques à prise duale
- Descellement de couronnes, bridges, inlays, inlays-cores et condensation de la gutta-percha.

Pour toute information complémentaire concernant les différents instruments et leurs domaines d'application, veuillez vous référer aux modes d'emploi fournis avec vos systèmes Piezon® ou Air-Flow® N'hésitez pas à contacter votre distributeur EMS pour de plus amples informations.

Dieses Gerät ist für den zahnmedizinischen Einsatz mit EMS Piezon® Systemen.

EMS bietet Ultraschallinstrumente für folgende Einsatzgebiete an:

- Entfernen von supragingivalen Konkrementen
- Entfernen von subgingivalen Konkrementen
- Parodontaltherapie
- Gestalten von approximalen Kavitäten
- Befestigen von zahnfarbenen In- und Onlays mit hochthixotropen dualhärtenden Zementen
- Lösen von Kronen, Brücken, Inlays und Stiftaufbauten sowie zur Guttapercha-Kondensation.

Nähere Informationen zu den verschiedenen Einsatzgebieten und zur Handhabung der Instrumente entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung die Ihren Piezon® oder Air-Flow® Systemen beiliegt oder fragen Sie Ihren EMS-Händler.

Esta unidad está preparada el uso en odontología con los sistemas EMS Piezon®.

EMS ofrece instrumentos ultrasónicos para las siguientes indicaciones:

- Remoción de cálculos supragingivales
- Remoción de cálculos subgingivales
- Terapia periodontal
- Preparación de cavidades proximales
- Fijación de inlays y onlays del color del diente con cementos altamente tixotrópicos de curado dual
- Remoción del sellado de coronas, puentes, inlays y muñones reconstruidos, así como para condensar gutapercha.

Hallará información más detallada referente a los instrumentos y a las diferentes aplicaciones en las instrucciones de uso, que se adjuntan a sus sistemas Piezon® o Air-Flow®, o a través de su distribuidor nacional EMS.

Questo apparecchio è destinato ad un uso odontoiatrico e deve essere utilizzato con i sistemi Piezon® EMS.

La EMS offre strumenti ultrasonici per i seguenti campi d'impiego:

- Rimozione delle concrezioni sopragengivali
- Rimozione delle concrezioni sottogengivali
- Terapia parodontale
- Preparazione delle cavità prossimali
- Fissaggio di inlay ed onlay estetici con cementi ad indurimento duale ad elevata tissotropia
- Decementazione corone, ponti, inlay, ricostruzioni con perno moncone, condensare la guttaperca.

Per informazioni dettagliate sui vari campi d'impiego e sull'uso degli strumenti consultate i relativi manuali dei sistemi Piezon® o Air-Flow® allegati al vostro apparecchio o disponibili presso il rivenditore EMS nazionale.

Denna apparat är tillverkad för att användas inom tandvård tillsammans med EMS Piezon®-system.

EMS har ultraljudsspetsar för följande ändamål:

- Avlägsning av supragingival tandsten
- Avlägsning av subgingival tandsten
- Parodontologisk behandling
- Preparation av approximala caviteter
- Mixning av inlays och onlays med tiksotrop två- komponentcement
- Avlägsning av kronor, broar, inlägg och stift samt även för kondensering av guttaperka.

Ytterligare information om de olika spetsarna och dess användningsområden finns i bruksanvisningen som medföljer Piezon®- och Air-Flow®-systemen. Kontakta gärna din lokala EMS-återförsäljare.

## PLEASE READ THIS BEFORE BEGINNING WORK!

This operating instructions are to ensure the correct installation and use of this product.

Please read these operating instructions carefully as they explain all the most important details and procedures. Please pay special attention to the safety precautions.

Always keep this instruction close at hand.

To prevent injury to people and damage to property, please heed the corresponding directives. They are marked as follows:

**Danger**
Risk of injury

**Caution**

Risk of property damage or environmental harm

**Please note**
Useful additional information and hints

**Prohibited**

**Authorized**

## A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER!

Ce mode d'emploi est destiné à l'installation et à l'utilisation correcte de ce produit.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi car tous les détails et tous les gestes importants y sont clairement décrits. Respectez en particulier les remarques concernant la sécurité.

Veuillez conserver ce document toujours à portée de main.

Pour prévenir les accidents corporels et matériels, tenez compte des directives correspondantes. Elles sont identifiées par:

**Danger**
Risque d'accident corporel

**Attention**
Risque d'accident matériel ou risque pour l'environnement

**Remarques**
Informations complémentaires utiles et tours de main



**Interdit**

**Autorisé**

## ERST LESEN, DANN STARTEN!

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, dieses Produkt richtig zu installieren und zu bedienen.

Lesen Sie daher bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Alle wesentlichen Einzelheiten und Handgriffe werden anschaulich erklärt. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Unterlagen immer griffbereit auf.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise. Sie sind gekennzeichnet mit:

**Gefahr**
Bei Gefahr von Personenschäden

**Achtung**
Bei drohenden Sach- und Umweltschäden



**Hinweis**
Bei nützlichen Zusatzinformationen und Anwendungstipps

**Verboten**



**Erlaubt**

## ¡LEA ATENTAMENTE ANTES DE EMPEZAR!

Esta instrucción de empleo se destina a la correcta instalación y utilización de este producto.

Por este motivo rogamos lea atentamente las instrucciones de empleo, que describen de forma clara todos los detalles y operaciones esenciales. Preste atención especialmente a los consejos de seguridad.

Conserve este documento siempre a mano.

Para evitar daños personales y materiales, rogamos tenga en cuenta las siguientes observaciones. Están identificadas como:

**Advertencia**
Riesgo de daños personales

**Precaución**
Riesgo de daños materiales o medio ambientales

**Observación**
Informaciones adicionales útiles y consejos prácticos

**Prohibidas**

**Permitidas**

## LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE!

Queste istruzioni per l'uso sono destinate all'installazione e all'utilizzo corretto di questo prodotto.

Leggete quindi con molta attenzione le istruzioni per l'uso; tutti i particolari importanti e le modalità d'uso vengono spiegati chiaramente. Prestate molta attenzione, in particolare, alle note sulle norme di sicurezza.

Tenete questo documento sempre a portata di mano.

Per evitare danni a persone e cose, tenete presente le relative prescrizioni contrassegnate con i seguenti simboli:

**Pericolo**
Pericolo di danni a persone

**Attenzione**
Possibili danni alle cose o all'ambiente



**Nota**
Informazioni e consigli utili sull'uso

**Proibito**

**Autorizzato**

## LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR ANVÄNDNINGEN!

Denna bruksanvisning avser korrekt installation och användning av denna produkt.

Vi ber Er att läsa dessa instruktioner noga då de förklarar de allra viktigaste förfaranden och olika användardetaljer. Vi ber Er även att vara extra uppmärksamma på de olika säkerhetspunkterna.

Ha gärna denna bruksanvisning nära till hands.

För att undvika personskador och förstörd egendom var uppmärksamma på varningssymbolerna. De ser ut enligt följande:

**Fara**
När människor kan komma till skada



**Varning**
När egendom och miljö kan komma till skada



**Notera**
Andra nyttiga inlägg och tips

**Förbjudet**

**Tillåtet**

We would be pleased to answer your questions or listen to your suggestions. We do, of course, provide support in case of technical problems. Please call directly your approved EMS repair center or your dealer.

We wish you lots of success!

EMS

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et nous sommes à l'écoute de vos éventuelles suggestions. Naturellement, nous vous proposons un soutien technique en cas de problèmes. Veuillez téléphoner directement à votre centre de réparation agrée EMS ou à votre distributeur.

Avec nos meilleurs vœux de succès!

EMS

Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung, sind Ihnen aber auch für Anregungen sehr dankbar. Bei Problemen bieten wir Ihnen selbstverständlich technische Unterstützung an. Rufen Sie bitte direkt unser EMS genehmigtes Reparaturzentrum oder Ihren Händler an.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

EMS

Estamos a su entera disposición para responder a sus preguntas, pero también para atender sugerencias. En caso de problemas le ofrecemos naturalmente nuestro apoyo técnico. Por favor llame directamente a nuestro centro de reparación autorizado EMS o a su distribuidor.

¡Le deseamos mucho éxito!

EMS

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali domande, ma anche per ricevere i vostri suggerimenti. Per quanto riguarda i problemi tecnici vi offriamo, naturalmente, il nostro supporto. Chiamate direttamente il vostro centro assistenza autorizzato EMS o il vostro distributore.

Vi auguriamo buon lavoro!

EMS

Vi svarar gärna på Era frågor eller tar emot Era synpunkter. Självklart står vi till hjälp tekniskt vid eventuella problem. Var god och kontakta vår EMS godkänt serviceställe eller med din fördelare.

Vi önskar Er lycka till!

EMS

## CONTENTS


Installation and setting up ..... 2
- Connecting the footpedal ..... 2
- Connecting the unit to the water supply ..... 4
- Connecting the unit to compressed air supply ..... 6
- Connecting the unit to the network electrical supply ..... 8
- Connecting the cords ..... 10
- Filling the powder chamber ..... 12

Preparing for treatment ..... 16
- Connecting the Air-Flow® handpiece ..... 16
- Connecting the Piezon® handpiece ..... 18

Operating the unit ..... 20
- Switching On / Off ..... 20
- Handpieces functions ..... 22
- AIR-FLOW® function ..... 24
- Footpedal ..... 24
- Liquid ..... 24
- Air/Powder with liquid ..... 24
- Setting the water flow rate ..... 26
- Setting the air flow rate ..... 28
- Powder change ..... 30
- PIEZON® functions ..... 32
- Footpedal ..... 32
- Liquid ..... 32
- Ultrasonics with liquid ..... 32
- Setting the water flow rate ..... 34
- Setting the ultrasonic power ..... 36

Disinfecting, cleaning and sterilizing ..... 38
- Unit ..... 38
- Handpieces cords ..... 40
- Handpieces ..... 42


## SOMMAIRE


Installation et branchement ..... 2
- Connexion de la pédale ..... 2
- Connexion de l'appareil à l'alimentation d'eau ..... 4
- Connexion de l'appareil au réseau d'air comprimé ..... 6
- Connexion de l'appareil au réseau électrique ..... 8
- Branchement des cordons ..... 10
- Remplissage de la chambre à poudre ..... 12

Préparation pour le traitement ..... 16
- Mise en place de la pièce à main Air-Flow® ..... 16
- Mise en place de la pièce à main Piezon® ..... 18

Utilisation de l'appareil ..... 20
- Mise sous tension ..... 20
- Fonction des pièces à mains ..... 22
- Fonction AIR-FLOW® ..... 24
- Pédale de commande ..... 24
- Irrigation ..... 24
- Air/Poudre avec irrigation ..... 24
- Réglage du débit d'eau ..... 26
- Réglage du débit d'air ..... 28
- Changement de poudre ..... 30
- Fonction PIEZON® ..... 32
- Pédale de commande ..... 32
- Irrigation ..... 32
- Ultrasons avec irrigation ..... 32
- Réglage du débit d'eau ..... 34
- Réglage de la puissance des ultrasons ..... 36

Désinfection, nettoyage et stérilisation ..... 38
- Appareil ..... 38
- Cordons des pièces à mains ..... 40
- Pièces à mains ..... 42


## INHALT


Installieren und Anschliessen ..... 2
- Anschliessen des Fusspedals ..... 2
- Anschluss des Gerätes an die Wasserversorgung ..... 4
- Anschliessen des Gerätes an die Druckluftversorgung ..... 6
- Anschliessen des Gerätes an die Stromversorgung ..... 8
- Anschliessen der Schläuche ..... 10
- Einfüllen der Pulverkammer ..... 12

Vorbereiten für die Behandlung ..... 16
- Aufstecken des Handstückes Air-Flow® ..... 16
- Aufstecken des Handstückes Piezon® ..... 18

Bedienen des Gerätes ..... 20
- Ein- / Ausschalten ..... 20
- Funktion der Handstücke ..... 22
- Funktion AIR-FLOW® ..... 24
- Fusspedal ..... 24
- Flüssigkeit ..... 24
- Pulver-Luftgemisch mit Flüssigkeit ..... 24
- Einstellen der Wassermenge ..... 26
- Einstellen der Luft menge ..... 28
- Pulveraustausch ..... 30
- Funktion PIEZON® ..... 32
- Fusspedal ..... 32
- Flüssigkeit ..... 32
- Ultraschall mit Flüssigkeit ..... 32
- Einstellen der Wassermenge ..... 34
- Einstellung der Ultraschallleistung ..... 36

desinfizieren, reinigen und sterilisieren ..... 38
- Gerätes ..... 38
- Handstückschlauches ..... 40
- Handstücke ..... 42

## INDICE


Instalación y conexión ..... 3
- Conexión del pedal de control ..... 3
- Conexión del equipo a la alimentación de agua ..... 5
- Conexión del equipo a la red de aire comprimido ..... 7
- Conexión del equipo a la red eléctrica ..... 9
- Conexión de los mangos ..... 11
- Llenado de la cámara de polvo ..... 13

Preparación para el tratamiento ..... 17
- Montaje del mango Air-Flow® ..... 17
- Montaje del mango Piezon® ..... 19

Uso del aparato ..... 21
- Encendido / Apagado ..... 21
- Funcionamiento de los mangos ..... 23
- Funcionamiento AIR-FLOW® ..... 25
- Pedal de control ..... 25
- Irrigación ..... 25
- Aire/Polvo con irrigación ..... 25
- Regulación del caudal de agua ..... 27
- Regulado del caudal de aire ..... 29
- Cambio de polvo ..... 31
- Funcionamiento PIEZON® ..... 33
- Pedal de control ..... 33
- Irrigación ..... 33
- Ultrasonidos con irrigación ..... 33
- Regulado del caudal de agua ..... 35
- Regulación de la potencia ultrasónica ..... 37

Desinfección, limpieza y esterilización ..... 39
- Equipo ..... 39
- Mangueras del mango ..... 41
- Mangos ..... 43


## INDICE


Installazione e collegamenti ..... 3
- Collegamento del pedale di comando ..... 3
- Collegamento dell'apparecchio all'alimentazione d'acqua ..... 5
- Collegamento dell'apparecchio alla rete d'aria compressa ..... 7
- Collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica ..... 9
- Collegare i cordoni ..... 11
- Riempimento del vano per la polvere ..... 13

Preparativi per il trattamento ..... 17
- Montare il manipolo Air-Flow® ..... 17
- Montare il manipolo Piezon® ..... 19

Uso dell'apparecchio ..... 21
- Accendere / spegnere ..... 21
- Funzione dei manipoli ..... 23
- Funzione AIR-FLOW® ..... 25
- Pedale di comando ..... 25
- Irrigazione ..... 25
- Aria/polvere con irrigazione ..... 25
- Regolazione della velocità del flusso dell'acqua ..... 27
- Regolazione della velocità del flusso dell'aria ..... 29
- Cambio polvere ..... 31
- Funzione PIEZON® ..... 33
- Pedale di comando ..... 33
- Irrigazione ..... 33
- Ultrasuoni con irrigazione ..... 33
- Regolazione della velocità del flusso dell'acqua ..... 35
- Regolare l'intensità ultrasonica ..... 37

Disinfezione, pulizia e sterilizzazione ..... 39
- Apparecchio ..... 39
- Cordoni del manipolo ..... 41
- Manipolo ..... 43


## INNEHÅLL


Installation och anslutning ..... 3
- Anslutning av fotpedal ..... 3
- Anslutning av apparaten till vatten ..... 5
- Anslutning av apparaten till tryckluft ..... 7
- Anslutning av apparaten till en strömkälla ..... 9
- Anslutning av slangar ..... 11
- Påfyllning av pulverbehållaren ..... 13

Förberedelse för behandling ..... 17
- Anslutning av handstycke Air-Flow® ..... 17
- Anslutning av handstycke Piezon® ..... 19

Användning av apparaten ..... 21
- Slå av och på ..... 21
- Handstyckets funktioner ..... 23
- AIR-FLOW® funktioner ..... 25
- Fotpedal ..... 25
- Vätska ..... 25
- Luft/pulver med vätska ..... 25
- Reglering av vattenflöde ..... 27
- Reglering av luftflöde ..... 29
- Byte av pulver ..... 31
- PIEZON® funktioner ..... 33
- Fotpedal ..... 33
- Vätska ..... 33
- Ultraljud med vätska ..... 33
- Reglering av vattenflöde ..... 35
- Reglering av ultraljudseffekt ..... 37

Desinficering, rengöring och sterilisering ..... 39
- Apparaten ..... 39
- Handstyckenas slangar ..... 41
- Handstycken ..... 43

Cap ..... 44
Regular cleaning and maintenance ..... 46
O-ring ..... 46
Powder Chamber ..... 48
Water filter ..... 50
Air filter ..... 52
Safety precautions ..... 54
Storing the product when out of use for extended periods ..... 58
Disposing of the product, accessories and packaging ..... 60
Warranty ..... 60
Accessories ..... 60
EMS-Service ..... 62
Symbols ..... 64
Technical data ..... 68
Electromagnetic compatibility ..... 72
Troubleshooting ..... 74

Bouchon ..... 44
Entretien périodique et maintenance ..... 46
O-ring ..... 46
Chambre à poudre ..... 48
Filtre à eau ..... 50
Filtres à air ..... 52
Remarques concernant la sécurité ..... 54
Rangement de votre produit en cas de non-utilisation prolongée ..... 58
Mise au rebut du produit, des accessoires et de l'emballage ..... 60
Garantie ..... 60
Accessoires ..... 60
Service EMS ..... 62
Symboles ..... 64
Caractéristiques techniques ..... 68
Compatibilité électromagnetique ..... 72
Mesures à prendre en cas d'incident ..... 76

Schraubverschluss ..... 44
Regelmässige Reinigungs- und Wartungsarbeiten ..... 46
O-Ringe ..... 46
Pulverkammer ..... 48
Wasserfilters ..... 50
Luftfilters ..... 52
Sicherheitshinweise ..... 54
Lagerung Ihres Produktes bei längerer Nichtnutzung ..... 58
Entsorgen des Produktes, des Zubehörs und des Verpackungsmaterials ..... 60
Garantie ..... 60
Zubehör ..... 60
EMS-Service ..... 62
Symbole ..... 64
Technische Daten ..... 69
Elektromagnetische Verträglichkeit ..... 72
Fehlerbehebung ..... 78

Tapa ..... 45
Trabajos periódicos y mantenimiento ..... 47
O-ring ..... 47
Cámara de polvo ..... 49
Filtro de agua ..... 51
Filtro de aire ..... 53
Consejos de seguridad ..... 55
Conservación de su producto en caso de inactividad prolongada ..... 59
Garantía ..... 61
Accesorios ..... 61
Servicio técnico EMS ..... 63
Símbolos ..... 65
Especificaciones técnicas ..... 69
Compatibilidad electromagnética ..... 73
Medidas a adoptar en caso de incidentes ..... 80

Tappo ..... 45
Cura e manutenzione periodica ..... 47
O-ring ..... 47
Vano per la polvere ..... 49
Filtro di acqua ..... 51
Filtro dell'aria ..... 53
Osservazioni sulla sicurezza ..... 55
Conservazione del vostro prodotto per periodi di inattività prolungati ..... 59
Smaltimento del prodotto, degli accessori e dell'imballaggio ..... 61
Garanzia ..... 61
Accessori ..... 61
Assistenza EMS ..... 63
Simboli ..... 65
Dati tecnici ..... 70
Compatibilità elettromagnetica ..... 73
Misure da adottare in caso d'incidente ..... 82

Lock ..... 45
Regelbunden rengöring och underhåll ..... 47
O-ring ..... 47
Pulverbehållaren ..... 49
Vattenfilter ..... 51
Luftfilter ..... 53
Säkerhetsföreskrifter ..... 55
Förvaring av produkten vid längre användaruppehåll ..... 59
Kassering av produkt, tillbehör och emballage ..... 61
Garanti ..... 61
Tillbehör ..... 61
EMS Service ..... 63
Symboler ..... 65
Tekniska data ..... 70
Elektromagnetisk kompatibilitets ..... 73
Felsökning ..... 84

## INSTALLATION AND SETTING UP

**Connecting the footpedal**

## INSTALLATION ET BRANCHEMENT

**Connexion de la pédale**

## INSTALLIEREN UND ANSCHLIESSEN

**Anschliessen des Fusspedals**



## INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

**Conexión del pedal de control**

## INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

**Collegamento del pedale di comando**

## INSTALLATION OCH ANSLUTNING

**Anslutning av fotpedal**



**Connecting the unit to the water supply**

**Connexion de l'appareil à l'alimentation d'eau**

**Anschluss des Gerätes an die Wasserversorgung**

**1 - 5 bar**



☞ Connect the unit to a water supply with an original EMS water hose only.

☞ Branchez l'appareil à l'alimentation d'eau avec le tuyau d'eau EMS d'origine uniquement.

☞ Schliessen des Gerätes ausschliesslich mit dem original EMS Wasserschlauch an die Festwasserversorgung an.

**Conexión del equipo a la alimentación de agua**

**Collegamento dell’apparecchio all’alimentazione d’acqua**

**Anslutning av apparaten till vatten**



☞ Conecte su equipo a una toma de agua fija sólo con la manguera de alimentación de agua original EMS.

☞ Collegate l'apparecchio all’alimentazione d’acqua esclusivamente mediante il tubo d’acqua EMS originale.

☞ Anslut apparaten till vatten endast med en original EMS-slang.

## Connecting the unit to compressed air supply

**4.5 - 7 bar**



Use only dry, pure, and filtered compressed air.

Check that the supply pressure of compressed air does not exceed the value mentioned on the unit.

## Connexion de l’appareil au réseau d'air comprimé

Utilisez uniquement de l’air comprimé sec, pur, et filtré.

Vérifiez que la pression d'alimentation d'air comprimé ne dépasse pas la valeur mentionnée sur l'appareil.

## Anschliessen des Gerätes an die Druckluftversorgung

Benutzen Sie nur trockene und gefilterte Druckluft.

Prüfen Sie, dass der Versorgungsdruck der Druckluft den auf dem Gerät erwähnten Wert nicht überschreitet.

## Conexión del equipo a la red de aire comprimido

Utilice solamente aire comprimido seco, puro, y filtrado.

Compruebe que la presión de suministro de aire comprimido no excede del valor descrito en el equipo.

## Collegamento dell'apparecchio alla rete d'aria compressa

Utilizzate esclusivamente aria compressa secca, pura e filtrata.

Controllate che l'alimentazione di pressione d'aria compressa non superi il valore indicato sull'apparechio.

## Anslutning av apparaten till tryckluft



Använd endast torr, ren och filtrerad tryckluft.

Kontrollera att lufttrycket inte överskrider de värden som anges på apparaten.

**Connecting the unit to the network electrical supply**

**Connexion de l'appareil au réseau électrique**

**Anschliessen des Gerätes an die Stromversorgung**

**100 -110 VAC / 50-60 Hz**
**120 - 130 VAC / 50-60 Hz**

**220 VAC / 50-60 Hz**
**230 - 240 VAC / 50-60 Hz**



☞ To prevent damage to the unit, check that its rated voltage corresponds to the local line voltage.

Use the unit only in a FI protected mains supply (FI = Residual current protection).

☞ For USA or Canada: Connect only to Hospital Grade receptacle.

☞ Pour éviter d'endommager l'appareil, vérifiez que sa tension nominale correspond bien à la tension secteur de votre cabinet.

Connectez l'appareil uniquement à une prise protégée par un interrupteur différentiel (protection FI).

☞ Pour les USA ou le Canada: Branchez uniquement avec un cordon secteur Hospital Grade.

☞ Die Nennspannung des Gerätes muss mit der örtlichen Versorgungsspannung übereinstimmen. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.

Schliessen Sie das Gerätes nur über einen FI-Schalter (Fehlerstromschutz) an.

☞ Nur für USA und Kanada: Verwenden Sie ausschliesslich einen "HG" Stecker.

## Conexión del equipo a la red eléctrica

☞ Compruebe que la tensión nominal del aparato coincide con la tensión de la red de su consulta, puesto que de lo contrario el equipo puede sufrir desperfectos.

Conecte su equipo a una toma de corriente protegida por un interruptor diferencial (protección FI).

☞ Para los E.E.U.U. o Canadá: Conecte su aparato únicamente con cable de red modelo "Hospital Grade".

## Collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica



☞ La tensione nominale dell'apparecchio deve essere corrispondente alla tensione di alimentazione del vostro studio. In caso contrario possono verificarsi dei danni all'apparecchio.

Collegare l'apparecchio unicamente ad una presa protetta da un interruttore differenziale (protezione FI).

☞ Per gli USA e Canada: utilizzate solo cavi "Hospital Grade".

## Anslutning av apparaten till en strömkälla

☞ Undvik skador på apparaten genom att kontrollera att angiven märkspänning stämmer med den lokala spänningen. Anslut apparaten till eluttag som skyddas av en jordfelsbrytare (skydd FI).

☞ För USA och Kanada: Använd endast Hospital Grade eluttag.

**Connecting the cords**

**Branchement des cordons**

**Anschliessen der Schläuche**




☞ Check that the Piezon® cord is quite dry before its connection with the unit.

☞ Vérifiez que le cordon Piezon® est bien sec avant de le connecter à l'appareil.

☞ Prüfen Sie, dass die Piezon®-Schläuche vor ihrer Verbindung am Gerät gut trocken sind.

**Conexión de los mangos**




☞ Compruebe que el mango Piezon® está seco antes de conectarlo en la unidad.

**Collegare i cordoni**

☞ Verificare che il cordone Piezon® sia asciutto prima del collegamento con l'apparecchio.

**Anslutning av slangar**




☞ Kontrollera att Piezon®-slangen är ordentligt torr innan den ansluts till apparaten.

## Filling the powder chamber




⚠ Make sure that the powder chamber is absolutely dry. Moisture can cause the powder to cake.

⚠ To avoid clogging the unit do not overfull the powder chamber above the red line "Max".

⚠ Use only powder provided by EMS.

⚠ Close correctly your bottle. The conditions of storage are described in the chapters "Storing the product when out of use for extended periods" and "Technical data".

## Remplissage de la chambre à poudre

⚠ Assurez-vous que la chambre à poudre est parfaitement sèche. La présence d'humidité peut créer des concrétions dans la poudre.

⚠ Pour éviter d'obstruer l'appareil, ne pas remplir la chambre à poudre au-dessus de la ligne rouge "Max".

⚠ Utilisez uniquement de la poudre fournie par EMS.

⚠ Fermez correctement votre bouteille. Les conditions de stockage sont décrites aux chapitres " Rangement de votre produit en cas de non-utilisation prolongée" et "Caractéristique technique".

## Einfüllen der Pulverkammer




⚠ Achten Sie darauf, dass die Pulverkammer absolut trocken bleibt. Andernfalls kann es zu Verklumpungen des Pulvers kommen.

⚠ Um ein Verstopfen des Gerätes zu vermeiden, die rote Linie "Max" der Pulverkammer nicht überfüllen.

⚠ Nur original EMS Pulver verwenden.

⚠ Schliessen Sie Ihre Flasche. Die Lagerungsbedingungen werden in den Kapiteln "Lagerung ihres Produktes bei Längerer Nichtnutzung" und "Technische Daten".

## Llenado de la cámara de polvo

## Riempimento del vano per la polvere

## Påfyllning av pulverbehållaren




⚠ Asegúrese que la cámara de polvo esté perfectamente seca. La presencia de humedad puede crear concreciones en el polvo.

⚠ Para evitar bloquear el equipo, no llenar la cámara de polvo por encima de la línea roja "Max".

⚠ Utilice únicamente producto en polvo proporcionado por EMS.

⚠ Cierre correctamente su botella. Las condiciones de almacenaje se describen en los capítulos "Conservación de su producto en caso de inactividad prolongada" y "Especificaciones técnicas".

⚠ Assicurarsi che il vano per la polvere sia perfettamente asciutto. La presenza di umidità può creare delle concrezioni nella polvere.

⚠ Per evitare l'intasatura dell'apparecchio, non riempire il vano per la polvere al di sopra della linea rossa "Max".

⚠ Utilizzate soltanto polvere fornita da EMS.

⚠ Chiudete correttamente il flacone. Le condizioni di conservazione sono descritte ai capitoli "Conservazione del vostro prodotto per periodi di inattività prolungati" e "Dati tecnici".

⚠ Se till att pulverbehållaren är helt torr. Fukt kan medföra att pulvret klumpar sig.

⚠ Undvik pulverstopp genom att inte fylla pulverbehållaren över den röda linjen märkt "Max".

⚠ Använd endast pulver levererat av EMS.

⚠ Stäng flaskan ordentligt. I kapitlen "Förvaring av produkten under längre tid utan användning" och "Tekniska data" redogörs för krav på förhållanden vid förvaring.






Clean the threads of the powder chamber before screwing on the cap.

Ensure that the cap is not damaged. Replace faulty parts immediately.

Ensure that the powder chamber is closed tight. Otherwise air and / or powder could leak.

Check the o-ring of the cap. Please refer to the information provided in the chapter "Regular Cleaning and Maintenance".

Nettoyez le pas de vis de la chambre à poudre et du bouchon avant de le visser.

Assurez-vous que le bouchon ne soit pas endommagé. Remplacez immédiatement les pièces défectueuses.

Assurez-vous que la chambre à poudre est bien fermée. Autrement, de l'air ou / et de la poudre peuvent s'échapper.

Contrôlez l'état du joint O'ring du bouchon. Veuillez vous référer au chapitre "Entretien périodique et maintenance".

Schrauben Sie den Verschluss erst dann auf das Gerät, nachdem Sie das Gewinde der Pulverkammer gesäubert haben.

Versichern Sie Sich, dass der Schraubverschluss nicht beschädigt ist Ersetzen Sie fehlerhafte Teile sofort.

Stellen Sie sicher, dass die Pulverkammer fest geschlossen ist. Andernfalls können Luft und/ oder Pulver austreten.

Kontrollieren Sie den O-Ring des Schraubverschlusses. Beachten Sie dazu die Hinweise im Abschnitt "Regelmässige Reinigungs und Wartungsarbeiten".




Limpié la rosca de la cámara de polvo antes de colocar la tapa.

Compruebe que la tapa no está dañada. Sustituya las piezas defectuosas inmediatamente.

Compruebe que la cámara de polvo está bien cerrada. Si no el aire y/o el polvo podían escaparse.

Controle siempre la junta tórica de la tapa. Para ello, consulte el capítulo "Trabajos periódicos y mantenimiento".

Pulire la filettatura del vano per la polvere prima di avvitare il tappo.

Accertatevi che il tappo non sia danneggiato. Sostituire immediatamente i pezzi difettosi.

Accertarsi che il vano della polvere sia chiuso in maniera stretta. Altrimenti l'aria e/o la polvere potrebbero fuoriuscire.

Controllare gli O'ring del tappo. Per favore consultare il capitolo "Cura e la manutenzione periodica".

Rengör pulverbehållarens gängor innan locket skruvas på.

Säkerställ att locket inte är skadat. Byt omedelbart ut skadade delar.

Säkerställ att pulverbehållarens är ordentligt försluten. Luft och/eller pulver kan annars läcka ut.

Kontrollera lockets O-ring. Se informationen under "Regelbunden rengöring och underhåll".

## PREPARING FOR TREATMENT

### Connecting the Air-Flow® handpiece



For further details concerning the use of the handpiece please refer to the operating instructions of Air-Flow® system.

## PRÉPARATION POUR LE TRAITEMENT

### Mise en place de la pièce à main Air-Flow®



Pour plus de détails concernant l'utilisation de la pièce à main, veuillez vous référer aux modes d'emploi des systèmes Air-Flow®.

## VORBEREITEN FÜR DIE BEHANDLUNG

### Aufstecken des Handstückes Air-Flow®



Für weitere Informationen über die verschiedenen Anwendungen und der Behandlung des Handstückes beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung des Air-Flow® Systems.

## PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

**Montaje del mango Air-Flow®**







☞ Hallará información más detallada referente a la utilización del mango en las instrucciones de empleo de los sistemas Air-Flow®.

## PREPARATIVI PER IL TRATTAMENTO

**Montare il manipolo Air-Flow®**

☞ Per ulteriori informazioni sull'uso del manipolo, fare riferimento alle istruzioni dei sistemi Air-Flow®.

## FÖRBEREDELSE FÖR BEHANDLING

**Anslutning av handstycke Air-Flow®**

☞ Ytterligare information om handhavande av handstycke finns i den bruksanvisning som medföljer Air-Flow®-systemet.

## Connecting the Piezon® handpiece



## Mise en place de la pièce à main Piezon®



## Aufstecken des Handstückes Piezon®



☞ To evacuate any residue of liquid, shake the handpiece and the connector of the handpiece cord before connection. This improves the electrical transmission in the handpiece hose.

☞ For further details concerning the use of the instruments and the endochuck, please refer to the operating instructions of Piezon® system.

☞ Pour évacuer tout résidu de liquide, secouez la pièce à main et le connecteur du cordon avant la connexion. Cela assurera un bon fonctionnement électrique.

☞ Pour plus de détails concernant l'utilisation des instruments et de l'endochuck, veuillez vous référer aux modes d'emploi des systèmes Piezon®.

☞ Schütteln Sie das Handstück und den Handstückschlauch aus, um alle Flüssigkeit zu entleeren. So verhindern Sie, dass es zu einem Kurzschluss im Handstückschlauch kommen kann.

☞ Für weitere Informationen zum Einsatz der Instrumente und des Endochucks finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihren Piezon®-Systemen.

## Montaje del mango Piezon®



☞ Agite el mango y los conectores de la manguera para eliminar todos los líquidos residuales de su interior. Esta operación le garantizará un buen funcionamiento eléctrico.

☞ Hallará información más detallada referente a la utilización de los instrumentos y los endochuck en las instrucciones de empleo de los sistemas Piezon®.

## Montare il manipolo Piezon®




☞ Scuotere entrambe le parti dell'attacco e il manipolo per eliminare il liquido. Si evita così un eventuale corto circuito nel cordone del manipolo.

☞ Per ulteriori informazioni sull'indicazione e sull'uso degli strumenti e endochuck veda le istruzioni dei sistemi Piezon®.

## Anslutning av handstycke Piezon®

☞ Se till att ingen vätska ansamlas i kopplingens två delar. Skaka vid behov ut vätskan ur de båda delarna. Därigenom uppnås bättre elektrisk kontakt i handstyckets slang.

☞ Ytterligare information om handhavande av instrument och endochuck finns i den bruksanvisning som medföljer Piezon®-systemet.

## OPERATING THE UNIT

### Switching On / Off




When the unit is powered up, the control lamp lights up and the powder chamber is under pressure.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

### Mise sous tension

Lors de la mise sous tension de l'appareil, le voyant lumineux s'allume et la chambre à poudre est sous pression.

## BEDIENEN DES GERÄTES

### Ein- / Ausschalten

Wenn das Gerät eingeschaltet ist leuchtet die Leuchtanzeige auf und die Pulverkammer steht unter Druck.

## USO DEL APARATO

**Encendido / Apagado**

## USO DELL'APPARECCHIO

**Accendere / spegnere**

## ANVÄNDNING AV APPARATEN

**Slå av och på**




Cuando se conecta la unidad, el indicador luminoso se enciende y la cámara de polvo se encuentra bajo presión.

Quando l'apparechio è alimentato, le spie di funzionamento si accendono ed il vano per la polvere è posto sotto pressione.

När apparaten är påslagen tänds indikatorlampan och pulverbehållaren ställs under tryck.

**Handpieces functions**

**Fonction des pièces à mains**

**Funktion der Handstücke**









**Funcionamiento de los mangos**



**Funzione dei manipoli**



**Handstyckets funktioner**



**AIR-FLOW® function**

**Footpedal**

**Liquid**




**Fonction AIR-FLOW®**

**Pédale de commande**

**Irrigation**

**Funktion AIR-FLOW®**

**Fusspedal**

**Flüssigkeit**

**Air/Powder with liquid**




**Air/Poudre avec irrigation**

**Pulver-Luftgemisch mit Flüssigkeit**

**Funcionamiento AIR-FLOW®**

**Pedal de control**

**Irrigación**

**Funzione AIR-FLOW®**

**Pedale di comando**

**Irrigazione**

**AIR-FLOW® funktioner**

**Fotpedal**

**Vätska**



**Aire/Polvo con irrigación**

**Aria/polvere con irrigazione**

**Luft/pulver med vätska**



**Setting the water flow rate**

**Réglage du débit d'eau**

**Einstellen der Wassermenge**




Set the water flow rate from your unit to obtain a uniform spray.

Réglez le débit d'eau depuis votre appareil afin d'obtenir un jet d'eau uniforme.

Stellen Sie die Wassermenge an Ihrem Gerät so ein, dass sich ein gleichförmiger Wasserstrahl ergibt.

**Regulación del caudal de agua**




Ajuste el caudal de agua desde su equipo con el fin de obtener un chorro de agua uniforme.

**Regolazione della velocità del flusso dell'acqua**




Regolare la portata dell'acqua del vostro apparecchio per ottenere un getto d'acqua uniforme.

**Reglering av vattenflöde**

Reglera vattenflödet från apparaten så att strålen blir jämn.

# AIR-FLOW®

**Setting the air flow rate**

**Réglage du débit d'air**

**Einstellen der Luft menge**




☞ You will find information precise on the handling and setting water / air, in the operating instructions of Air-Flow® system.

☞ Vous trouverez les informations précises sur le maniement et réglage eau/air dans les modes d'emploi des systèmes Air-Flow®.

☞ Weitere Informationen über verschiedene Anwendungen, die Handhabung und Einstellung Wasser/Luft finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Air-Flow® Systeme.

**Regulado del caudal de aire**




Encontrará información precisa sobre la manipulación de agua / aire porfavor en los instrucciones de empleo del sistema Air-Flow®.

**Regolazione della velocità del flusso dell'aria**




Informazioni dettagliate relative alla regolazione aria / acqua disponibili sul manuale di istruzioni del sistema Air-Flow®.

**Reglering av luftflöde**

Närmare information om handhavande och inställning av luft och vatten finns i bruksanvisningen till Air-Flow®-systemet.

## Powder change




☞ Purge the unit for 20 s to avoid various reactions caused by the mixture of the powder.

☞ Fill the unit as indicated to chapter "Filling the powder chamber".

## Changement de poudre



☞ Purgez l'appareil durant 20 secondes pour éviter différentes réactions dues au mélange de poudre.

☞ Remplissez l'appareil comme indiqué au chapitre "Remplissage de la chambre à poudre".

## Pulveraustausch




☞ Reinigen Sie das Gerät für 20 s aus, um die verschiedenen Reaktionen zu vermeiden, die durch die Mischung des Pulvers verursacht werden.

☞ Füllen Sie das Gerät, wie im Kapitel angegeben, "Einfüllen der Pulverkammer".

## Cambio de polvo




☞ Purgue el equipo durante 20 s para evitar varias reacciones provocadas por la mezcla del polvo.

☞ Rellene el equipo tal y como se indica en el capítulo "Llenado de la cámara de polvo".

## Cambio polvere




☞ Spurgare l'apparecchio per 20 secondi al fine di evitare reazioni provocate dalla combinazione delle polveri.

☞ Riempire l'apparecchio come indicato nel capitolo "Riempimento del vano per la polvere".

## Byte av pulver



☞ Töm apparaten i 20 sek för att undvika reaktioner av olika slag på grund av att pulver blandas.

☞ Fyll apparaten enligt anvisningar i kapitlet "påfyllning av pulverkammaren".

**PIEZON® functions**

**Fonction PIEZON®**

**Funktion PIEZON®**

**Footpedal**

**Pédale de commande**

**Fusspedal**

**Liquid**

**Irrigation**

**Flüssigkeit**




**Ultrasonics with liquid**

**Ultrasons avec irrigation**

**Ultraschall mit Flüssigkeit**



**Funcionamiento PIEZON®**

**Pedal de control**

**Irrigación**

**Funzione PIEZON®**

**Pedale di comando**

**Irrigazione**

**PIEZON® funktioner**

**Fotpedal**

**Vätska**



**Ultrasonidos con irrigación**

**Ultrasuoni con irrigazione**

**Ultraljud med vätska**



## Setting the water flow rate

## Réglage du débit d'eau

## Einstellen der Wassermenge




The water flow rate is indicated in the operating instructions for Piezon® systems which includes precise details on the correct settings for every instrument.

To avoid heat damage on the tooth, never work dry, unless the instrument is intended specifically for this purpose. The tip of the instrument immediately heats up when used dry. For a sufficient cooling of the tip of the instrument, it is important that a minimal quantity of water is available.

Vous trouverez les informations précises sur le réglage optimal du débit d'eau pour chaque instrument dans les modes d'emploi des systèmes Piezon®.

Afin d'éviter des lésions d'origine thermique sur la dent, ne travaillez jamais à sec sauf avec les instruments spécialement conçus pour cela. La pointe de l'instrument s'échauffe lors du travail à sec. Pour un refroidissement suffisant de la pointe de l'instrument, il est important qu'une quantité minimale d'eau soit disponible.

Beachten Sie für die Einstellung der Wassermenge die Bedienungsanleitung zu den EMS Piezon® -Systemen. Sie finden dort für jedes Instrument genaue Angaben für die korrekte Einstellung.

Zur Vermeidung von möglichen Hitzeschäden am Zahn oder an Ihrem Handstück, arbeiten Sie, mit Ausnahme der dafür vorgesehenen Instrumente niemals trocken. Die Arbeitsspitze der Instrumente erwärmt sich sofort bei trockenem Arbeiten. Für ein ausreichendes Abkühlen der Spitze des Instrumentes ist es wichtig, dass eine Mindestmenge Wasser verfügbar ist.

**Regulado del caudal de agua**




Hallará información más detallada referente a la regulación óptima del aporte de agua para cada instrumento en las instrucciones de empleo de los sistemas Piezon®.

Para evitar eventuales daños de origen térmico en el diente, no trabaje nunca sin irrigación salvo con los instrumentos que han sido especialmente desarrollados para este tipo de trabajo. La punta del instrumento se calienta al trabajar sin irrigación. Para una perfecta refrigeración de la extremidad del instrumento, es importante que siempre exista una cantidad mínima de agua.

**Regolazione della velocità del flusso dell'acqua**




Per la quantità dell'acqua erogata, veda le istruzioni per l'uso allegate ai sistemi Piezon®. Vi troverà anche le indicazioni per la regolazione corretta di ogni strumento.

Non lavorare mai a secco. Fanno eccezione gli strumenti specifici per le applicazioni a secco. La punta dello strumento si riscalda quando si lavora senza irrigazione. Per il corretto raffreddamento della punta dello strumento, è importante che una quantità minima di acqua sia disponibile.

**Reglering av vattenflöde**



Vattenflödet anges i bruksanvisningen till Piezon®-systemet, där det även finns närmare uppgifter om rätt inställningar för respektive instrument.

Undvik värmeskador på tänder och handstycke genom att aldrig arbeta torrt om inte instrumentet är särskilt avsett för detta. Instrumentets spets blir omedelbart varm om det används torrt. För tillräcklig kylning av spetsens spets är det viktigt med en minsta mängd vatten.

**Setting the ultrasonic power**

**Réglage de la puissance des ultrasons**

**Einstellung der Ultraschallleistung**




The ultrasonic power setting is indicated in the operating instructions for Piezon® systems which include precise details on the correct settings for every instrument.

Vous trouverez les informations précises sur le réglage optimal de la puissance des ultrasons pour chaque instrument dans les modes d'emploi des systèmes Piezon®.

Beachten Sie für die Einstellung der Ultraschallleistung die Bedienungsanleitung zu den EMS Piezon® -Systemen. Sie finden dort für jedes Instrument genaue Angaben für die korrekte Einstellung.

## Regulación de la potencia ultrasónica

## Regolare l’intensità ultrasonica

## Reglering av ultraljudseffekt




Hallará información más detallada referente a la regulación óptima de la potencia ultrasónica para cada instrumento en las instrucciones de empleo de los sistemas Piezon®.

Nelle istruzioni per l’uso allegate ai sistemi Piezon®, troverà le informazioni precise sulla regolazione ottimale dell'intensità degli ultrasnoni per ogni strumento.

Inställningen av ultraljudeffekten finns beskriven i bruksanvisningen till Piezon®-systemet, där det även finns närmare uppgifter om rätt inställningar för respektive instrument.

## DISINFECTING, CLEANING AND STERILIZING

**Unit**




⚠ Clean the unit only with an alcohol-based, commercially available (ethanol, isopropanol), colourless disinfectant. The use of scouring powder or an abrasive sponge will damage its surface.

The unit and the footpedal are not protected against water spray. They cannot be sterilized.

## DÉSINFECTION, NETTOYAGE ET STÉRILISATION

**Appareil**

⚠ Nettoyez l'appareil uniquement avec un désinfectant sans colorant à base d'alcool, vendu dans le commerce (éthanol, isopropanol). L'utilisation de poudre à récurer ou d'une éponge abrasive endommagerait sa surface.

L'appareil et la pédale ne sont pas protégés contre les projections d'eau. Ils ne peuvent pas être stérilisés.

## DESINFIZIEREN, REINIGEN UND STERILISIEREN

**Gerätes**

⚠ Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem handelsüblichen, farblosen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (Ethanol, Isopropanol). Bei der Verwendung eines Scheuerpulvers oder Hartschwamms kann die Oberfläche beschädigt werden.

Das Gerät und das Fusspedal sind nicht Spritzwassergeschützt. Sie können nicht sterilisiert werden.

## DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

**Equipo**




⚠ Limpié el equipo sólo con un desinfectante sin colorantes a base de alcohol común (etanol, isopropanol). La utilización de polvos de limpieza o de una esponja abrasiva dañaría su superficie.

El equipo el pedal de control no están protegidos contra las proyecciones de agua. No pueden esterilizarse.

## DISINFEZIONE, PULIZIA E STERILIZZAZIONE

**Apparecchio**




⚠ Pulire l'apparecchio unicamente con un disinfettante senza colorante a base di alcool, venduto in commercio (etanolo, isopropanolo). L'utilizzo di un detergente in polvere o di una spugna abrasiva danneggerebbe la sua superficie.

L'apparecchio ed il pedale non sono protetti contro gli schizzi d'acqua. Non possono essere sterilizzati.

## DESINFICERING, RENGÖRING OCH STERILISERING

**Apparaten**

⚠ Rengör endast apparaten med ett ofärgat, alkoholbaserat desinfektionsmedel som finns tillgängligt i handeln (etanol, isopropanol). Användning av skurpulver eller slipande material orsakar skador på ytan.

Apparat och fotpedal är inte skyddade mot vattenstänk. De kan inte steriliseras.

## Handpieces cords





☞ Clean the hanpieces cords only with an alcohol-based, commercially available (ethanol, isopropanol), colourless disinfectant. The use of scouring powder or an abrasive sponge will damage their surfaces.

☞ The cords cannot be sterilized.

## Cordons des pièces à mains





☞ Nettoyez les cordons uniquement avec un désinfectant sans colorant à base d'alcool, vendu dans le commerce (éthanol, isopropanol). L'utilisation de poudre à récurer ou d'une éponge abrasive endommagerait leurs surfaces.

☞ Les cordons ne peuvent pas être stérilisés.

## Handstückschlauches



☞ Reinigen Sie die Handstückschläuche mit einem handelsüblichen, farblosen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (Ethanol, Isopropanol). Bei der Verwendung eines Scheuerpulvers oder Hartschwamms kann die Oberfläche beschädigt werden.

☞ Die Handstückschläuche können nicht sterilisiert werden.

**Mangueras del mango**

**Cordoni del manipolo**

**Handstyckenas slangar**




☞ Limpié las mangueras del mango únicamente con un desinfectante sin colorantes, a base de alcohol común (etanol, isopropanol). La utilización de polvos de limpieza o de una esponja abrasiva dañaría su superficie.

☞ Las mangueras no pueden esterilizarse.

☞ Pulire i cordoni del manipolo unicamente con un disinfettante senza colorante a base di alcool, venduto in commercio (etanolo, isopropanolo). L'utilizzo di un detergente in polvere o di una spugna abrasiva danneggerebbe la sua superficie.

☞ I cordoni non possono essere sterilizzati.

☞ Rengör endast handstyckenas slangar med ett ofärgat, alkoholbaserat desinfektionsmedel som finns tillgängligt i handeln (etanol, isopropanol). Användning av skurpulver eller slipande material orsakar skador på ytan.

☞ Slangar kan inte steriliseras.

## Handpieces

## Pièces à mains

## Handstücke



For disinfecting, cleaning and sterilizing the handpieces, please refer to the operating instructions of Piezon® and Air-Flow® systems.

Pour la désinfection, nettoyage et stérilisation des pièces à mains, veuillez vous référer aux modes d'emploi des systèmes Piezon® et Air-Flow®.

Für die Desinfektion, Reinigung und Sterilisierung der Handstücke möchten wir Sie auf die Bedienungsanleitungen der Piezon® und Air-Flow® Systeme verweisen.

## Mangos

## Manipolo

## Handstycken



☞ Para desinfectar, limpiar y esterilizar los mangos, por favor consulte las instrucciones de empleo de los sistemas Piezon® y del Air-Flow®.

☞ Per la disinfezione, la pulizia e la sterilizzazione del manipolo, fare riferimento al manuale d'istruzioni dei sistemi Piezon® e Air-Flow®.

☞ I bruksanvisningarna till Piezon®- och Air-Flow®-systemen finns anvisningar för att desinficera, rengöra och sterilisera handstyckena.

## Cap



Clean and disinfect regularly the cap. First rinse it with water, and then disinfect it with alcohol (ethanol, isopropanol).

The cap cannot be sterilized.

⚠ The cap must be absolutely dry.

## Bouchon

Nettoyez et désinfectez régulièrement le bouchon. Rincez-le d'abord à l'eau, puis désinfectez-le à l'alcool (éthanol, isopropanol).

Le bouchon ne peut pas être stérilisé.

⚠ Le bouchon doit être parfaitement sec.

## Schraubverschluss



Reinigen und desinfizieren Sie den Schraubverschluss regelmässig. Spülen Sie ihn mit Wasser aus, bevor Sie ihn mit Alkohol (Äthanol, Isopropanol) desinfizieren.

Der Schraubverschluss kann nicht sterilisiert werden.

⚠ Der Schraubverschluss muss vollständig trocken sein.

**Tapa**

**Tappo**

**Lock**




☞ Limpié y desinfecte regularmente la tapa. Aclárela con agua y a continuación desinféctela on alcohol (etanol, isopropanol).

☞ La tapa no puede ser esterilizada.

⚠ La tapa debe estar perfectamente seca.

☞ Pulire e disinfettare regolarmente il tappo. Prima sciacquarlo con acqua, quindi disinfettarlo con alcool (etanolo, isopropanolo).

☞ Il tappo non può essere sterilizzato.

⚠ Il tappo deve essere perfettamente asciutto.

☞ Rengör och desinficera locket regelbundet. Skölj det först med vatten och desinficera det sedan med alkohol (etanol, isopropanol).

☞ Locket kan inte steriliseras.

⚠ Locket måste vara helt torrt.

## REGULAR CLEANING AND MAINTENANCE

**O-ring**

## ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE

**O-ring**

## REGELMÄSSIGE REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN

**O-Ringe**



☞ If an O-ring is damaged or worn out, it must be replaced immediately.

☞ Si un joint O-ring est endommagé ou usé, il doit être remplacé immédiatement.

☞ Sollte ein O-Ring beschädigt oder verschlissen sein, muss er sofort ersetzt werden.

## TRABAJOS PERIÓDICOS Y MANTENIMIENTO

**O-ring**



☞ Si la junta O-ring está dañada o usada, debe ser substituida inmediatamente.

## CURA E MANUTENZIONE PERIODICA

**O-ring**

☞ Se un O-ring è danneggiato o consumato, deve essere sostituito immediatamente.

## REGELBUNDEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**O-ring**

☞ Om en O-ring är skadad eller utsliten måste den bytas omgående.

## Powder Chamber




Clean regularly the powder chamber.

⚠ The cap and its seal must be replaced at least once a year.

## Chambre à poudre




Nettoyez régulièrement la chambre à poudre.

⚠ Le bouchon et son joint doivent être remplacés au moins une fois par an.

## Pulverkammer



Reinigen Sie die Pulverkammer regelmässig.

⚠ Der Schraubverschluss und die Dichtung müssen mindestens einmal im Jahr ausgetauscht werden.

**Cámara de polvo**

**Vano per la polvere**

**Pulverbehållaren**




---

Limpié regularmente la cámara de polvo.

⚠ La tapa y su junta se deben sustituir al menos una vez al año.

Pulire regolarmente il vano per la polvere.

⚠ Il tappo e la sua guarnizione devono essere sostituiti almeno una volta all'anno.

Rengör pulverbehållaren regelbundet.

⚠ Lock och packning ska bytas minst en gång om året.

**Water filter**

**Filtre à eau**

**Wasserfilters**



Check and clean regularly the filter.

Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre.

Kontrollieren Sie und reinigen regelmässig den Filter.

**Filtro de agua**

**Filtro di acqua**

**Vattenfilter**



Compruebe y limpie el filtro con regularidad.

Controllare e pulire regolarmente il filtro.

Kontrollera och rengör regelbundet filtret.

**Air filter**

**Filtres à air**

**Luftfilters**






Control the air filters once per month.

Contrôlez une fois par mois les filtres à air.

überprüfen Sie die Luftfilter einmal pro Monat.

**Filtro de aire**



Compruebe los filtros de aire una vez por mes.

**Filtro dell’aria**

Controllare i filtri dell’aria una volta al mese.

**Luftfilter**



Kontrollera luftfiltren en gång per månad.

## SAFETY PRECAUTIONS

EMS and the distributor of this product accept no liability for direct or consequential injury or damage resulting from improper use, arising in particular through non-observance of the operating instructions, or improper preparation and maintenance.

Contraindication: ultrasonic oscillations may prevent cardiac pace makers functioning properly. Therefore, we recommend that patients with a cardiac pace maker should not be treated with this product.

Use for the intended purpose only: Before using the product, make sure that you have studied and understood the operating instructions. This also applies to any equipment used with this product. Failure to observe the operating instructions may result in the patient or user suffering serious injury or the product being damaged, possibly beyond repair.

Risk of explosion: Do not use this product in the presence of inflammable anaesthetics or gases.

This product must be used only by trained and qualified personnel.

Always examine the product for damage before starting treatment. Damaged accessories or a damaged unit must not be used and must be replaced. Use original EMS spare parts and accessories only.

## REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

EMS et le distributeur de ce produit ne peuvent être tenus responsables d'éventuels préjudices directs et indirects résultant d'un emploi inadéquat ou d'un maniement incorrect, en particulier lorsque le mode d'emploi n'a pas été respecté ou lorsque la préparation et l'entretien n'ont pas été correctement effectués.

Contre-indication: le fonctionnement correct des stimulateurs cardiaques peut être perturbé par les oscillations ultrasoniques de haute fréquence. Nous vous conseillons de ne pas traiter les patients porteurs de stimulateurs cardiaques avec ce produit.

N'utilisez le produit que pour les applications prévues: ce mode d'emploi doit être soigneusement étudié et compris avant l'utilisation. Ceci est également valable pour tous les équipements pouvant être utilisés en combinaison avec ce produit. Vous éviterez ainsi tous risques de blessures et d'endommagement de votre produit.

Risque d'explosion: N'utilisez pas ce produit en présence d'anesthésiques ou de gaz inflammables.

Ce produit ne doit être utilisé que par un personnel qualifié et formé.

Vérifiez avant chaque traitement que le produit ne présente pas de défauts. Un accessoire ou un appareil endommagé ne doit plus être utilisé. Il doit être remplacé. N'utilisez que des pièces et des accessoires EMS d'origine.

## SICHERHEITSHINWEISE

EMS und der Vertreiber dieses Produktes haften nicht für direkte Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemässen Einsatz oder Handhabung dieses Produktes auftreten, insbesondere durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch unsachgemässe Vorbereitung oder Wartung.

Kontraindikation: Herzschrittmacher können durch hochfrequente Ultraschallschwingungen in ihrer Funktion gestört werden. Daher empfehlen wir Patienten mit Herzschrittmachern nicht mit diesem Produkt zu behandeln.

Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck einsetzen: Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Einsatz sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Dies gilt gleichermassen für alle in Kombination mit diesem Gerät eingesetzten Produkte. Auf diese Weise vermeiden Sie Verletzungen sowie Beschädigungen an ihrem Produkt.

Explosionsgefahr: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gegenwart von entzündlichen Anästhetika oder Gasen.

Dieses Produkt darf nur von ausgebildetem und qualifiziertem Personal benutzt werden.

Überprüfen Sie Ihr Produkt vor jeder Behandlung auf Schäden. Beschädigtes Zubehör oder ein beschädigtes Gerät darf nicht mehr verwendet werden und ist zu ersetzen. Verwenden Sie ausschliesslich original EMS Ersatzteile oder Zubehöre.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

EMS y los distribuidores de este producto no se hacen responsables de los daños directos e indirectos derivados del uso o manipulación incorrectos de este producto, especialmente por la no observación de las instrucciones de empleo o por una preparación y un mantenimiento incorrectos.

Contraindicación: los marcapasos pueden ver alterada su función por las oscilaciones ultrasónicas de alta frecuencia. Por este motivo, desaconsejamos el tratamiento con este producto a pacientes con marcapasos.

Utilizar únicamente para su finalidad prevista: antes de utilizar este producto por primera vez, lea con atención estas instrucciones de empleo hasta su completa comprensión. Válido igualmente para todos los productos que utilice en combinación con este aparato. La no observancia de estas instrucciones de empleo puede tener como consecuencia lesiones así como desperfectos de los productos.

Riesgo de explosión: No utilice este producto en combinación con anestésicos o gases inflamables.

Este producto deberá ser utilizado únicamente por personal cualificado y formado para ello.

Compruebe antes de cada tratamiento que su producto no presenta defectos. Un accesorio o un aparato dañado no se debe utilizar. Deben sustituirlo. Utilice únicamente piezas y accesorios originales EMS.

## OSSERVAZIONI SULLA SICUREZZA

EMS e il distributore di questo prodotto declinano ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivare da uso improprio o errato del prodotto, in particolare dall'inosservanza delle istruzioni d'uso o da preparazioni o manutenzione non idonei.

Controindicazioni: le oscillazioni ultrasoniche ad alta frequenza possono compromettere il funzionamento dei pace-maker. Il trattamento con questo prodotto è perciò sconsigliato nei portatori di pace-maker.

Utilizzate il prodotto soltanto per le applicazioni previste: queste istruzioni per l'uso devono essere accuratamente studiate e comprese prima dell'utilizzo del prodotto. Questo è anche valido per tutti i prodotti che possono essere utilizzati in combinazione con questo apparecchio. Eviterete così qualsiasi rischio di ferimento e di danno del vostro prodotto.

Rischio d'esplosione: Non usare questo prodotto in presenza di gas o anestetici infiammabili.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e formato.

Controllare il prodotto prima di ogni trattamento. In caso di danni all'apparecchio o agli accessori questi non devono essere usati, ma sostituiti. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali EMS.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

EMS och distributören av denna produkten tar inte på sig ansvaret för varken direkt eller indirekt skada som resultat av felhantering, eller ignorering av bruksanvisningen eller felaktig förberedelse och underhåll.

Kontraindikation: ultraljudsrörelser kan ge störningar åt pacemakers och få dessa att fungera inkorrekt. Därför rekommenderar vi att patienter med pacemaker inte behandlas med denna produkten.

Används endast till avsett ändamål : bristfällig inlärning av bruksanvisningen kan resultera i skador hos patient eller användaren, eller ge skador på produkten, som i värsta fall blir oreparerbar. Före första användning av produkten, se till att Ni har studerat bruksanvisningen noga. Detta gäller även andra produkter som används tillsammans med denna apparat.

Explosionsrisk: Använd inte denna produkt vid närvaro av brandfarliga anestetika eller gaser.

Denna produkt får endast användas av utbildad och kvalificerad personal.

Undersök alltid Era produkte så att de ej är skadade före användning. En skadad produkt får inte användas, utan skall ersättas. Använd endast originala EMS reservdelar och tillbehör.

⚠ Have this product exclusively repaired by an approved EMS repair center.

Before each use, disinfect, clean and sterilize the different pieces and accessories of this product. Please refer to the information provided in the operating instructions. Non-sterile pieces and accessories may cause bacterial or viral infections.

⚠ Never use this unit on metal or porcelain restorations, unless the instruments are intended specifically for this purpose. The high frequency ultrasonic oscillations may loosen the restoration.

⚠ This product has been investigated with regard to safety from electrical shock and fire hazard. CSA (Canadian Standard Association) has not investigated physiological effects.

⚠ The powders provided by EMS are especially designed for use with the unit. Do not use powders from other manufacturers as this could damage the unit or could adversely affect its efficiency.

⚠ Never use “EMS Abrasive Powder” in the unit, as this would damage it.

⚠ Faites réparer ce produit exclusivement par un centre de réparation agréé EMS.

Avant chaque utilisation, désinfectez, nettoyez et stérilisez les différentes pièces et accessoires de ce produit. Respectez pour cela les indications correspondantes du mode d’emploi. Des pièces et accessoires non stérilisés peuvent être à l’origine d’infections bactériennes ou virales.

⚠ Les instruments ultrasoniques ne doivent pas être utilisés sur des unités prothétiques en métal ou en céramique, sauf pour les instruments prévus à cet effet. La restauration prothétique pourra être endommagée par l’action des vibrations ultrasoniques.

⚠ Ce produit a fait l’objet d’une étude en ce qui a trait aux risques de choc électrique et d’incendie. CSA (Canadian Standard Association) n’a pas étudié les effets physiologiques.

⚠ Les poudres fournies par EMS sont spécialement conçues pour être utilisées avec le produit. N’utilisez pas de poudre provenant d’autres fabricants car le produit pourrait être endommagé ou son efficacité compromise.

⚠ N’utilisez jamais la poudre "EMS Abrasive Powder" dans l’appareil car elle l’endommagerait.

⚠ Lassen Sie dieses Produkt ausschliesslich durch ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum reparieren.

Vor jedem Einsatz desinfizieren, reinigen und sterilisieren Sie bitte Bestandteile und Zubehöre dieses Produktes. Beachten Sie dazu die entsprechenden Handhabungshinweise. Nicht sterilisierte Bestandteile und Zubehöre können zu einer Infektion mit Bakterien oder Viren führen.

⚠ Arbeiten Sie, mit Ausnahme der dafür vorgesehenen Instrumente, nicht an prothetischen Arbeiten aus Metall oder Keramik. Durch die hochfrequenze Ultraschallschwingung kann die prothetische Arbeit gelöst werden.

⚠ Dieses Produkt war Gegenstand einer Studie bezüglich Brand- und Stromschlaggefahr. CSA (Canadian Standard Association) hat die physiologischen Wirkungen nicht untersucht.

⚠ Die EMS-Pulver wurden speziell für den Gebrauch mit dem Produkt entwickelt. Verwenden Sie keine Fremdprodukte, da es sonst beschädigt oder in seiner Leistung beeinflusst werden kann.

⚠ Verwenden Sie nie "EMS Abrasive Powder" in Ihrem Produkt, da es dadurch beschädigt wird.

⚠ La reparación de este producto debe ser llevada a cabo exclusivamente por centro de reparación autorizado EMS.

Antes de su primera utilización, desinfecte, limpié y esterilice los diferentes componentes y accesorios de este producto. Para ello, siga las indicaciones descritas en las instrucciones de empleo. Los componentes y accesorios no esterilizados pueden provocar una infección de origen bacteriano o viral.

⚠ No trabaje con los instrumentos ultrasónicos sobre prótesis de metal o cerámica, a excepción de los instrumentos específicos para esta finalidad. Las oscilaciones ultrasónicas de alta frecuencia podrían desprender el trabajo protésico.

⚠ Este producto ha sido sometido a un estudio sobre los riesgos de descarga eléctrica e incendio. CSA (Canadian Standard Association) no han estudiado los efectos fisiológicos.

⚠ El polvo EMS está especialmente diseñado para utilizarse con el aparato. No utilizar un polvo procedente de otros fabricantes, ya que esto podría dañar el aparato o reducir su eficacia.

⚠ No utilizar el polvo "EMS Abrasive Powder" en el aparato, ya que éste resultaría dañado.

⚠ Effettuare le riparazioni al prodotto solo tramite un centro di assistenza autorizzato EMS.

Prima di ogni trattamento, disinfettate, pulite e sterilizzate i differenti componenti e accessori di questo prodotto. Rispettate a questo scopo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Componenti e accessori non sterilizzati possono essere all'origine di infezioni batteriche o virali.

⚠ Non passare gli strumenti sui manufatti protesici in metallo o ceramica. Fanno eccezione gli strumenti specifici per queste applicazioni. Le oscillazioni ultrasoniche ad alta frequenza possono portare alla decementazione dei manufatti.

⚠ Questo prodotto è stato oggetto di uno studio sui rischi da corto circuito elettrico o incendi. CSA (Canadian Standard Association) non ha studiato gli effetti fisiologici.

⚠ Le polveri fornite da EMS sono specificamente studiati per essere utilizzate con l'unità. Non utilizzare polveri di altri fabbricanti poiché ciò potrebbe danneggiare l'unità o potrebbe comprometterne l'efficienza.

⚠ Non utilizzare mai la polvere "EMS Abrasive Powder" nell'apparecchio poiché lo danneggerebbe.

⚠ Reparera denna produkt endast hos av EMS godkänt serviceställe.

Före användning skall alltid produktens delar samt tillbehör, desinficeras, rengöras och steriliseras. Se informationen i respektive bruksanvisning. Osterila detaljer medför risk för bakterie- och virusinfektioner.

⚠ Använd aldrig denna maskin på porslin såvida Ni inte använder speciella instrument för detta ändamål. Den höga ultraljudsfrekvensen kan lossa restorationen.

⚠ Produkten har undersökts med avseende på säkerhet mot elstötar och brand. CSA (Canadian Standard Association) har inte undersökt andra fysiologiska effekter.

⚠ De pulver som tillhandahålls av EMS är särskilt utvecklade för att användas med apparaten. Använd inte pulver från andra tillverkare, då det kan skada apparaten eller göra att den fungerar mindre effektivt.

⚠ Använd aldrig pulvret "EMS Abrasive Powder" med apparaten, då den skulle ta skada av detta.

## STORING THE PRODUCT WHEN OUT OF USE FOR EXTENDED PERIODS

☞ Keep the original packaging until the product is to be disposed of permanently. You can use it for shipping or storing your unit at any time.

Should you wish to put your product out of use for an extended period of time:

- Proceed as described in the chapter "Disinfecting, cleaning and sterilizing"
- Remove the screw of the water filter to empty the unit
- Pack the product and all accessories in the original packaging

Please refer to the storage and transport conditions in the "Technical data".

☞ The powder should not be stored near acids or heat sources.

## RANGEMENT DE VOTRE PRODUIT EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE

☞ Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine jusqu'à la mise au rebut de votre produit. Vous pouvez ainsi l'utiliser à tout moment pour le rangement ou le transport.

Si vous envisagez de ne pas utiliser votre produit durant une période prolongée:

- Suivez les étapes décrites au chapitre "Désinfection, nettoyage et stérilisation"
- Dévissez le bouchon du filtre à eau pour vider l'appareil
- Rangez le produit et les accessoires dans l'emballage d'origine

Veuillez tenir compte des conditions de stockage et de transport décrites au chapitre "Caractéristiques techniques".

☞ La poudre ne doit pas être stockée à proximité d'acides ou de sources de chaleur.

## LAGERUNG IHRES PRODUKTES BEI LÄNGERER NICHTNUTZUNG

☞ Bewahren Sie die Originalverpackung bis zur endgültigen Entsorgung Ihres Produktes auf. Sie können sie so jederzeit für die Lagerung oder den Transport benutzen.

Wenn Sie Ihr Produkt längere Zeit nicht benutzen wollen:

- Gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Desinfizieren, Reinigen und Sterilisieren" vor
- Entfernen Sie die Schraube des Wasserfilters, um das Gerät zu leeren
- Verpacken Sie dann das Produkt und alle Zubehörteile in der Originalverpackung

Beachten Sie bitte auch die Lager- und Transportbedingungen im Kapitel "Technische Daten".

☞ Das Pulver darf nicht in Nähe von Säuren oder von Wärmequellen gelagert werden.

## CONSERVACIÓN DE SU PRODUCTO EN CASO DE INACTIVIDAD PROLONGADA

☞ Le aconsejamos conserve el embalaje original hasta el momento de deshacerse de su producto. De este modo podrá utilizarlo en cualquier momento para almacenarlo temporalmente o transportarlo.

Si piensa no utilizar su producto durante un período prolongado:

- Siga el procedimiento descrito en el capítulo "Desinfección, limpieza y esterilización"
- Afloje el tapón del filtro de agua para vaciar el aparato
- Embale el producto y todos sus accesorios en el embalaje original

Por favor observe también las condiciones de almacenamiento y transporte descritas en el capítulo "Especificaciones técnicas".

☞ El polvo no debe almacenarse cerca de ácidos o fuentes de calor.

## CONSERVAZIONE DEL VOSTRO PRODOTTO PER PERIODI DI INATTIVITÀ PROLUNGATI

☞ Si consiglia di conservare l'imballo originale fino allo smaltimento definitivo del vostro prodotto. Utilizzare l'imballo per la custodia ed il trasporto.

In caso di inattività prolungata:

- Seguire le istruzioni nel capitolo "Disinfezione, pulizia e sterilizzazione"
- Svitate il tappo del filtro dell'acqua per svuotare l'apparecchio
- Imballare il prodotto e tutti gli accessori nell'imballo originale

Vogliate anche tener conto delle informazioni sulle condizioni per lo stoccaggio ed il trasporto fornite nel capitolo "Dati tecnici".

☞ La polvere non deve essere conservata vicino ad acidi o a fonti di calore.

## FÖRVARING AV PRODUKTEN VID LÄNGRE ANVÄNDARUPPEHÅLL

☞ Behåll originalförpackningen tills produkten skall kasseras permanent. Förpackningen kan alltid användas till transport eller förvaring.

Gör så här om produkten skall ställas av under längre tid:

- Följ anvisningarna i avsnittet "Desinficering, rengöring och sterilisering"
- Ta bort skruven till vattenfiltret för att tömma apparaten
- Lägg produkten och alla tillbehör i originalförpackningen

Förvarings- och transportförhållanden beskrivs i avsnittet "Tekniska data".

☞ Pulvret bör inte förvaras nära syror eller värmekällor.

## DISPOSING OF THE PRODUCT, ACCESSORIES AND PACKAGING

The product, its accessories and its packaging do not contain any substances that are dangerous for the environment.

Should you wish to definitively dispose the product, please comply with the regulations which apply in your country.

## WARRANTY

The warranty will be valid for one year from the date of purchase of your product and accessories.

Damages due to non-adherence to the operating instructions or wear out of parts are excluded from warranty.

☞ The warranty of your product will be cancelled if you try to open it.

(Label "Warranty void if removed")

## ACCESSORIES

Accessories are available from EMS or any authorized dealers. Please contact your customer service directly.

## MISE AU REBUT DU PRODUIT, DES ACCESSOIRES ET DE L'EMBALLAGE

Le produit, ses accessoires et son emballage ne contiennent pas de substances dangereuses pour l'environnement.

Si vous souhaitez mettre définitivement au rebut le produit, respectez les directives nationales spécifiques en vigueur dans votre pays.

## GARANTIE

La garantie est valable pendant une année à compter de la date d'achat de votre produit et de ses accessoires.

Des dégâts liés au non-respect du mode d'emploi ou l'usure des pièces sont exclus de la garantie.

☞ La garantie de votre produit sera annulée si vous essayez de l'ouvrir.

(Etiquette "Warranty void if removed")

## ACCESSOIRES

Vous trouverez les accessoires auprès d'EMS ou de l'un des distributeurs autorisés. Veuillez contacter votre service clientèle directement.

## ENTSORGEN DES PRODUKTES, DES ZUBEHÖRS UND DES VERPACKUNGSMATERIALS

Dieses Produkt und zugehöriges Zubehör sowie die Verpackung enthalten keine für die Umwelt gefährlichen Stoffe.

Wollen Sie Ihr Produkt endgültig entsorgen, so beachten Sie bitte die jeweils in Ihrem Land geltenden spezifischen Bestimmungen.

## GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt ein Jahr ab dem Kaufdatum des Produktes und dessen Zubehör.

Die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und durch Abnutzung entstandenen Schäden an Gerätebestandteilen sind von der Garantie ausgenommen.

☞ Die Garantie Ihres Produktes wird annulliert, wenn Sie versuchen, es zu öffnen.

(Etikett: "Warranty void if removed")

## ZUBEHÖR

Zubehör erhalten Sie bei EMS oder einem autorisierten Händler. Wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO, ACCESORIOS Y DEL MATERIAL DE EMBALAJE

El producto, sus accesorios y el material de embalaje no contienen sustancias nocivas para el medio ambiente.

Si desea eliminar el producto definitivamente, por favor respete las normas específicas vigentes en su país.

## GARANTÍA

La garantía es válida durante un año desde la fecha de compra de su producto y de sus accesorios.
Los daños que pudieran resultar de la no observación de las instrucciones de empleo y del desgaste de las piezas no están cubiertas por la garantía.

☞ La garantía de su producto se cancelará si intentan abrirlo.

(Etiqueta "Warranty Void if removed")

## ACCESORIOS

Encontrarán los accesorios para EMS o de los unos de los distribuidores autorizados. Contacte directamente con el servicio post-venta.

## SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, DEGLI ACCESSORI E DELL'IMBALLAGGIO

Il prodotto, i suoi accessori e il suo imballaggio non contengono sostanze nocive per l'ambiente.

Se il prodotto dovrà essere definitivamente smaltito, vi preghiamo di attenervi alle direttive nazionali in vigore nel vostro paese.

## GARANZIA

La garanzia è valida per un anno a partire dalla data d'acquisto del vostro prodotto e dei relativi accessori.

I danni derivanti da usura e dal non rispetto di queste istruzioni d'uso sono esclusi dalla garanzia.

☞ La garanzia del vostro prodotto sarà annullata se provate ad aprirlo.

(Etichetta "Warranty void if removed")

## ACCESSORI

Troverete gli accessori presso la EMS o i rivenditori autorizzati. Vogliate contattare direttamente il vostro servizio clientela.

## KASSERING AV PRODUKT, TILLBEHÖR OCH EMBALLAGE

Er produkt, dess tillbehör och emballage innehåller inget material som är skadligt för miljön.

Skulle Ni vilja göra Er av med dessa, följ då de regler som gäller i Ert land.

## GARANTI

Garantin är giltig ett år från det datum då produkten med tillbehör inköptes.

Skador som uppkommit på grund av att bruksanvisningen inte följts samt normal förslitning omfattas inte av garantin.

☞ Garantin på din produkt annulleras om du försöker öppna den.

(Etikett: "Warranty void if removed")

## TILLBEHÖR

Tillbehör kan erhållas från EMS eller auktoriserad återförsäljare. Kontakta kundservice.

## EMS-SERVICE

Should your product need additional servicing or repairs, please send it to your dealer or our approved EMS repair center.

In the case of non-authorized repairs or damaged due to non-adherence to the operating instructions, EMS accepts no liability whatsoever. This will also void the warranty.

It is best to ship your product in the original packaging. It protects your product against damage during shipment.

Before dispatching your product including all accessories, please clean, disinfect and sterilize as described in the operating instructions.

When sending your product directly to the approved EMS repair center, please include the name of your dealer. This simplifies processing for us.

## SERVICE EMS

Pour toute autre intervention de maintenance ou de réparation, envoyez votre produit à votre distributeur ou directement à votre centre de réparation agrée EMS.

Des réparations sans autorisation ou le non-respect du mode d'emploi dégagent EMS de toute responsabilité et annulent la garantie.

Pour l'expédition, utilisez de préférence l'emballage d'origine. Votre produit sera mieux protégé contre les incidents de transport.

Avant d'expédier votre produit avec l'ensemble de ses accessoires, désinfectez, nettoyez et stérilisez-le conformément au mode d'emploi.

En cas d'expédition directe de votre produit vers votre centre de réparation agréé EMS, indiquez le nom de votre distributeur. Cela nous permettra ainsi de simplifier le traitement.

## EMS-SERVICE

Für alle anderen Wartungs- oder Reparaturarbeiten schicken Sie Ihr Produkt bitte an Ihren Händler oder direkt an unser EMS genehmigtes Reparaturzentrum.

Reparaturen ohne Erlaubnis sowie Schäden bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entbinden EMS von jeglicher Haftung und dadurch erlischt der Garantieanspruch.

Für den Transport verwenden Sie am besten die Originalverpackung. Ihr Produkt ist dadurch bei unsachgemässem Transport geschützt.

Bitte denken Sie daran, Ihr Produkt mit allem Zubehör vor dem Versand entsprechend der Bedienungsanleitung zu desinfizieren, reinigen und sterilisieren.

Bei einem Direktversand Ihres Produktes an unser EMS genehmigtes Reparaturzentrum geben Sie bitte den Namen Ihres Händlers mit an. Sie erleichtern uns damit die Abwicklung.

## SERVICIO TÉCNICO EMS

Para todos los demás trabajos de mantenimiento o reparación rogamos envíe su producto a su distribuidor o directamente a nuestro centro de reparación autorizado EMS.

Una reparación no autorizada así como los daños derivados de la no observación de las instrucciones de empleo liberan a EMS de cualquier responsabilidad en cuanto a la garantía se refiere.

Para el transporte, lo mejor es utilizar el embalaje original. Dentro de éste su producto estará protegido de forma óptima contra un transporte incorrecto.

Antes de enviar su producto junto con todos sus accesorios, desinfecte, limpié y esterilice todo el material según se indica en las instrucciones de empleo.

Cuando envíe su producto directamente a nuestro centro de reparación autorizado EMS, indique por favor el nombre de su distribuidor. De este modo nos facilitará la gestión.

## ASSISTENZA EMS

Per altre operazioni di manutenzione ed eventuali riparazioni inviate il vostro prodotto al vostro distributore o direttamente al nostro centro assistenza autorizzato EMS.

EMS declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivare dal non rispetto di queste istruzioni o da riparazioni non autorizzate. In questo caso, anche la garanzia sarà annullata.

Per la spedizione si consiglia di usare l'imballo originale per proteggere al meglio il vostro prodotto da incidenti durante il trasporto.

Ricordatevi di pulire, disinfettare e sterilizzare il prodotto e gli accessori inclusi secondo queste istruzioni per l'uso prima del trasporto.

Se il prodotto viene spedito direttamente al vostro centro assistenza autorizzato EMS vi preghiamo di indicare il nome del vostro distributore per semplificare il trattamento della pratica.

## EMS SERVICE

Om produkten behöver underhåll eller reparation, skall den sändas till återförsäljaren eller vårt EMS godkänt serviceställe.

Icke auktoriserade reparationer eller skador som uppkommit på grund av att bruksanvisningen inte följts, befriar EMS från allt ansvar och upphäver garantin.

Använd helst original emballaget vid behov av frakt. Det ger bäst skydd mot transportskador.

Innan in Ni skickar Er produkt och dess tillbehör ber vi Er att rengöra, desinficera och sterilisera dom så som beskrivs i bruksanvisning.

Om Ni skickar produkten direkt till ett av EMS godkänt serviceställe, ber vi er ange återförsäljarens namn. Det förenklar hanteringen för oss.

**SYMBOLS** **SYMBOLES** **SYMBOLE**

| | |
|---|---|
| EMS | Manufacturer's logo<br>Logo du fabriquant<br>Hersteller-Logo |
| **Water** | Knob for regulating the water flow rate<br>Bouton de réglage du débit d'eau<br>Drehregler der Wassermenge |
| **Power** | Knob for regulating the power<br>Bouton de réglage de la puissance des ultrasons<br>Drehregler des Ultraschall-Intensität |
| **Airflow** | Knob for regulating the air flow rate<br>Bouton de réglage du débit d'air<br>Drehregler der Luftmenge |
| | Year of manufacture<br>Année de fabrication<br>Fabrikationsjahr |
| | Caution! Read the operating instructions<br>Attention! Veuillez lire le mode d'emploi<br>Vorsicht! Siehe Bedienungsanleitung |
| CE 0124 | CE marking: Refers to directive 93/42 EEC, including EN 60601-1 and EN 60601-1-2<br>Marquage de conformité CE : Se rapporte à la directive 93/42 CEE, y compris EN 60601-1 et EN 60601-1-2<br>CE Konformitätskennzeichen: Bezieht sich auf die Richtlinie 93/42 EWG inklusive EN 60601-1 und EN 60601-1-2 |
| | Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)<br>Traitements des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)<br>Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte) |

**SÍMBOLOS** **SIMBOLI** **SYMBOLER**

| | |
|---|---|
| EMS | Logotipo del fabricante<br>Logo del produttore<br>Tillverkarens logotype |
| Water | Regulador del caudal de agua<br>Manopola per regolare la velocità del flusso dell'acqua<br>Knopp för reglering av vattenflödet |
| Power | Regulador de la potencia ultrasónica<br>Manopola per regolare l'intensità ultrasonica<br>Knopp för reglering av ultraljudseffekt |
| Airflow | Regulador del caudal de aire<br>Manopola per regolare la velocità del flusso dell'aria<br>Knopp för reglering av luftflödet |
| | Año de fabricación<br>Data di produzione<br>Tillverkningsår |
| | ¡Precaución! Ver instrucciones de empleo<br>Attenzione! Vogliate leggere le istruzioni per l'uso<br>Akta! Läs bruksanvisningen |
| CE 0124 | Marcación de conformidad CE: Hace referencia a la norma 93/42 CEE incluyendo EN 60601-1 y EN 60601-1-2<br>Marcatura di conformità CE: Si riferisce alla direttiva 93/42 CEE come anche alle norme EN 60601-1 e EN 60601-1-2<br>CE-märke: Enligt direktivet 93/42/EEG, inklusive EN 60601-1 och EN 60601-1-2 |
| | Eliminación de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)<br>Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Euroea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)<br>Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insemlingssistem) |

**SYMBOLS** **SYMBOLES** **SYMBOLE**

| | |
|---|---|
|  | Power switch "ON"<br>Interrupteur général "ON"<br>Hauptschalter "ON" |
| | Power switch "OFF"<br>Interrupteur général "OFF"<br>Hauptschalter "OFF" |
| | Output<br>Sortie<br>Ausgang |
| | Fuse<br>Fusible<br>Sicherung |
| | Applied part, type B<br>Partie appliquée du type B<br>Anwendungsteil Typ B |
| IPX1 | Degree of protection against water permeability<br>Degré de protection contre la pénétration de l'eau<br>Schutzgrad gegen Wasserdurchlässigkeit |
| | CSA marking with "C" identification for products in conformance with Canadian standards and "US" for products in conformance with US standards<br>Marquage CSA avec identification "C" pour produit conforme aux normes canadiennes et "US" pour produit conforme US<br>Kennzeichnung CSA mit Identifizierung "C" für Produkt konform mit den kanadischen Standards und "US" für Produkt konform mit US-Normen |

**SÍMBOLOS** **SIMBOLI** **SYMBOLER**

| | |
|---|---|
|  | Interruptor principal "ON"<br>Interruttore principale "ON"<br>Huvudströmbrytare "PÅ" |
| | Interruptor principal "OFF"<br>Interruttore principale "OFF"<br>Huvudströmbrytare "AV" |
| | Salida<br>Uscita<br>Utsläpp |
| | Fusible<br>Fusibile<br>Säkring |
| | Pieza de aplicación tipo B<br>Parte applicata del tipo B<br>Tillämpad del, typ B |
| IPX1 | Grado de protección contra la penetración de agua<br>Grado di protezione contro la permeabilità dell'acqua<br>Skyddsgrad mot vattengenomträngning |
| | Marcación CSA con identificación "C" para productos conformes a las normas Canadienses y "US" para productos conformes US<br>Simbolo CSA con identificazione "C" per prodotto conforme alle norme canadesi e "US" per prodotto conforme "US"<br>CSA-märkning med identifikation "C" för produkt som motsvarar kanadensiska normer och "US" för amerikanska |

# TECHNICAL DATA

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| Manufacturer | EMS SA, CH-1260 Nyon, Switzerland |
| Model | AIR-FLOW® S2 |
| Classification EN 60601-1 | - Class I<br>- Applied part, Type B<br>- IP 20 unit<br>- IP X1, footpedal |
| Classification 93 / 42 EWG | Class IIa |
| Mode<br>with irrigation:<br>without irrigation: | <br>Continuous operation<br>Duty cycle 10 % during 10 min. maximum |
| Supply voltage | 100 -110 VAC / 50 / 60 Hz<br>120 - 130 VAC/ 50 / 60 Hz<br>220 VAC/ 50 / 60 Hz<br>230 - 240 VAC / 50 / 60 Hz |
| Power consumption | max. 80 VA |
| Fuses | Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, time lag<br>for 100 - 130 VAC power supply: T1AL<br>for 220 - 240 VAC power supply: T0.5AL |
| Water supply | 1 to 5 bar (100 to 500 kPa) |
| Compressed air supply | 4.5 to 7 bar (450 to 700 kPa) |
| Ultrasonic specifications<br>Maximum output:<br>Frequency range: | <br>8 W<br>25 - 32 kHz |
| Weight | Approx. 4.0 kg |
| Dimensions in mm (HxWxD) | 120 x 250 x 250 |
| Operating conditions | +10° C to +40° C<br>30% to 75% relative humidity |
| Storage and<br>transport conditions | -10°C to +40°C<br>10% to 95% relative humidity<br>500 hPa to 1060 hPa air pressure |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| Fabriquant | EMS SA, CH-1260 Nyon, Suisse |
| Modèle | AIR-FLOW® S2 |
| Classification EN 60601-1 | - Classe I<br>- Partie appliquée du Type B<br>- IP 20 appareil<br>- IP X1, pédale de commande |
| Classification 93 / 42 CEE | Classe IIa |
| Mode de fonctionnement<br>avec irrigation<br>sans irrigation | <br>Service continu<br>Taux d'utilisation 10% pendant 10 min. max. |
| Tension d'alimentation | 100 -110 VAC / 50 / 60 Hz<br>120 - 130 VAC/ 50 / 60 Hz<br>220 VAC/ 50 / 60 Hz<br>230 - 240 VAC / 50 / 60 Hz |
| Puissance nominale | max. 80 VA |
| Fusibles | Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, temporisés<br>pour tension 100 - 130 VAC: T1AL<br>pour tension 220 - 240 VAC: T0.5AL |
| Alimentation en eau | 1 à 5 bars (100 à 500 kPa) |
| Alimentation en air comprimé | 4.5 à 7 bars (450 à 700 kPa) |
| Spécification de l'ultrason<br>Puissance maximum:<br>Plage de fréquence: | <br>8 W<br>25 - 32 kHz |
| Poids | Approx. 4.0 kg |
| Dimensions en mm (HxLxP) | 120 x 250 x 250 |
| Conditions de fonctionnement | +10°C à +40°C<br>30% a 75% d'humidité relative |
| Conditions de stockage<br>et de transport | -10°C à +40°C<br>10% à 95% d'humidité relative<br>pression atm. 500 hPa à 1060 hPa |

# TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG

| | |
|---|---|
| Hersteller | EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz |
| Model | AIR-FLOW® S2 |
| Klassifikation EN 60601-1 | - Klasse I<br>- Typ B<br>- IP 20 Gerät<br>- IP X1, Fusspedal |
| Klassifikation 93 / 42 EWG | Klasse IIa |
| Betriebsart<br>mit Irrigation:<br>ohne Irrigation: | <br>Dauerbetrieb<br>Zeitweilig Modus 10%während 10 Minuten maximal |
| Versorgungsspannung | 100 -110 VAC / 50 / 60 Hz<br>120 - 130 VAC/ 50 / 60 Hz<br>220 VAC/ 50 / 60 Hz<br>230 - 240 VAC / 50 / 60 Hz |
| Nennleistungen | max. 80 VA |
| Sicherungen | Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, träge<br>für 100 - 130 VAC: T1AL<br>für 220 - 240 VAC: T0.5AL |
| Wasserversorgung | 1 bis 5 bar (100 à 500 kPa) |
| Druckluftversorgung | 4.5 bis 7 bar (450 to 700 kPa) |
| Ultraschall-Spezifikationen<br>maximale Ausgangsleistung:<br>verfügbarer Frequenzbereich: | <br>8 W<br>25 - 32 kHz |
| Gewicht | Ca. 4.0 kg |
| Abmessungen in mm (HxBxT) | 120 x 250 x 250 |
| Betriebsbedingungen | +10°C bis +40°C<br>30% bis 75% rel. Feuchte |
| Lager- und<br>Transportbedingungen | -10°C bis +40°C<br>10% bis 95% rel. Feuchte<br>Luftdruck 500 hPa bis 1060 hPa |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN

| | |
|---|---|
| Fabricante | EMS SA, CH-1260 Nyon, Suiza |
| Modelo | AIR-FLOW® S2 |
| Clasificación EN 60601-1 | - Clase I<br>- Parte de aplicación tipo B<br>- IP 20 aparato<br>- IP X1, pedal de control |
| Clasificación 93 / 42 CEE | Clase IIa |
| Modo de utilización<br>con irrigación:<br>sin irrigación: | <br>Utilización continua<br>Porcentaje de utilización de 10% durante 10 minutos como máximo |
| Tensión alimentación | 100 -110 VAC / 50 / 60 Hz<br>120 - 130 VAC/ 50 / 60 Hz<br>220 VAC/ 50 / 60 Hz<br>230 - 240 VAC / 50 / 60 Hz |
| Potencias nominales | max. 80 VA |
| Fusibles | Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, inerte<br>para 100 - 130 VAC: T1AL<br>para 220 - 240 VAC: T0.5AL |
| Toma de agua fija | 1 hasta 5 bar (100 hasta 500 kPa) |
| Red de aire comprimido | 4.5 hasta 7 bar (450 hasta 700 kPa) |
| Especificaciones ultrasonido<br>potencia máxima:<br>gama de frecuencias: | <br>8 W<br>25 - 32 kHz |
| Peso | Approx. 4 kg |
| Dimensiones en mm (AxAxP) | 120 x 250 x 250 |
| Condiciones funcionamiento | +10°C hasta +40°C<br>30% hasta 75% humedad rel |
| Condiciones almacenamiento<br>y transporte | -10°C hasta +40°C<br>10% hasta 95% humedad rel.<br>Presión atm. 500 hPa hasta 1.060 hPa |

## DATI TECNICI

DENOMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Costruttore | EMS SA, CH-1260 Nyon, Svizzera |
| Modello | AIR-FLOW® S2 |
| Classificazione EN 60601-1 | - Classe I<br>- Tipo B<br>- IP 20 apparecchio<br>- IP X1, pedale di commando |
| Classificazione 93 / 42 CEE | Classe IIa |
| Funzionamento<br>con irrigazione:<br>senza irrigazione: | <br>Funzionamento continuo<br>Funzionamento 10% 10 minuti al massimo |
| Tensione di alimentazione | 100 -110 VAC / 50 / 60 Hz<br>120 - 130 VAC/ 50 / 60 Hz<br>220 VAC/ 50 / 60 Hz<br>230 - 240 VAC / 50 / 60 Hz |
| Potenza nominale | max. 80 VA |
| Fusibili | Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, temporizzato<br>100 - 130 VAC: T1AL<br>220 - 240 VAC: T0.5AL |
| Alimentazione idrica | 1 a 5 bar (100 a 500 kPa) |
| Alimentazione aria compressa | 4.5 a 7 bar (450 a 700 kPa) |
| Specificazione degli ultrasuoni<br>Potenza massima:<br>Campo di frequenza: | <br>8 W<br>25 - 32 kHz |
| Peso | Ca. 4.0 kg |
| Dimensioni in mm (HxLxP) | 120 x 250 x 250 |
| Condizioni di funzionamento | +10°C a +40°C<br>30% a 75% d'umidità relativa |
| Condizioni di conservazione e di trasporto | -10°C a +40°C<br>10% a 95% d'umidità relativa<br>pressione dell' aria da 500 hPa a 1060 hPa |

## TEKNISKA DATA

BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| Tillverkare | EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz |
| Modell | AIR-FLOW® S2 |
| Klassificering EN 60601-1 | - Klass I<br>- Tillämpad del, Typ B<br>- IP 20, apparat<br>- IP X1, fotpedal |
| Klassificering 93 / 42 EWG | Klass IIa |
| Mode<br>Med spolning:<br>Utan spolning: | <br>Kontinuerlig drift<br>Aktiv körnig 10% av. max.10 min. |
| Nätspänning | 100 -110 VAC / 50 / 60 Hz<br>120 - 130 VAC/ 50 / 60 Hz<br>220 VAC/ 50 / 60 Hz<br>230 - 240 VAC / 50 / 60 Hz |
| Strömförbrukning | max. 80 VA |
| Säkringar | Ø 5 x 20 mm, 250 VAC, träge<br>för 100-130 VAC: T1AL<br>för 220-240 VAC: T0.5AL |
| Vattentillförsel | 1 - 5 bar (100 - 500 kPa) |
| Tryckluftsförsörjning | 4.5 - 7 bar (450 - 700 kPa) |
| Specifikationer för ultraljud<br>Max. ut:<br>Frekvensområde: | <br>8 W<br>25 - 32 kHz |
| Vikt | Ca. 4.0 kg |
| Mått i mm (HxBxD) | 120 x 250 x 250 |
| Användningsförhållanden | +10°C till +40°C<br>30% till 75% relativ luftfuktighet |
| Förvaring och<br>Transportförhållanden | -10°C till +40°C<br>10% till 95% relativ luftfuktighet<br>500 hPa till 1060 hPa lufttryck |

## ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

☞ This product needs special precautions regarding electromagnetic compatibility and needs to be installed and put into service according to the note "Electromagnetic compatibility".

☞ Certain types of mobile telecommunication equipment could potentially interfere with this product. The separation distances recommended in the note "Electromagnetic compatibility" must be taken into account.

⚠ This product should not be used adjacent to or stacked with an other unit. If adjacent or stacked use is necessary, this product should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

⚠ The use of accessories and cables other than those specified or sold by EMS as replacement parts, may result in increased emissions or decreased immunity of this product.

## COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNETIQUE

☞ Ce produit nécessite des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique. Il doit être installé et mis en service selon la notice "Compatibilité Électromagnétique".

☞ Certains types d'appareils mobiles de télécommunication sont susceptibles d'interférer avec ce produit. Les distances de séparation recommandées dans la notice "Compatibilité Électromagnétique" doivent être respectées.

⚠ Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité d'un autre appareil ou empilé sur ce dernier. Si cette configuration ne peut être évitée, il est impératif avant l'utilisation de vérifier son bon fonctionnement dans les conditions d'utilisation.

⚠ L'utilisation d'accessoires ou de câbles autres que ceux spécifiés ou vendus par EMS comme pièces de remplacement, peut avoir comme conséquence une augmentation de l'émission ou une diminution de l'immunité de ce produit.

## ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

☞ Für dieses Produkt sind im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit spezielle Vorsichtsmassnahmen erforderlich. Es muss daher in Übereinstimmung mit der Notiz "Elektromagnetische Verträglichkeit" installiert und in Betrieb genommen werden.

☞ Bestimmte Typen mobiler Funkkommunikationsgeräte können das Funktionieren dieses Produkts beeinträchtigen. Die empfohlenen räumlichen Entfernungen müssen gemäss der Notiz "Elektromagnetische Verträglichkeit" eingehalten werden.

⚠ Dieses Produkt darf nicht in der Nähe eines anderen Geräts verwendet oder darauf gestapelt werden. Ist dies nicht zu vermeiden, muss die Funktion des Gerätes in dieser Konfiguration vor Benutzung geprüft werden.

⚠ Der Gebrauch anderer Zubehörteile oder Kabel, die nicht von EMS empfohlen oder als Ersatzteile geliefert werden, kann zu verstärktem Senden oder verringerter Störfestigkeit dieses Produktes führen.

## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

☞ Este producto necesita precauciones especiales referentes a la compatibilidad electromagnética y necesita ser instalado y puesto en servicio según la guía "Compatibilidad electromagnética".

☞ Determinados tipos de equipos de telecomunicaciones móviles pueden interferir potencialmente con este producto. Se deben tener en cuenta las distancias de separación recomendadas en la guía "Compatibilidad electromagnética".

⚠ Este producto no se debe utilizar al lado o superpuesto con otro aparato. Si es necesario el uso adyacente o superpuesto se debe verificar que el producto funcione normalmente en esa configuración.

⚠ El uso de accesorios y cables distintos a los especificados o vendidos por EMS como piezas de repuesto, puede dar lugar a un aumento de las emisiones o a la reducción de la inmunidad de este producto.

## COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

☞ Questo prodotto necessita di precauzioni speciali riguardo alla compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e messo in funzione secondo la nota "Compatibilità Elettromagnetica".

☞ Certi tipi di apparecchi di telecomunicazione mobile potrebbero potenzialmente interferire con questo prodotto. Tenere conto delle distanze di separazione raccomandate nella nota "Compatibilità Elettromagnetica".

⚠ Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato vicino a o sovrapposto con altro apparecchio. Nel caso ciò sia inevitabile, verificare il corretto funzionamento del prodotto in questa configurazione prima del suo utilizzo.

⚠ L'utilizzo di accessori o cavi diversi da quelli specificati o venduti da EMS come parti di ricambio può avere come conseguenza un aumento delle emissioni o una diminuzione dell'immunità di questo prodotto.

## ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETS

☞ Denna produkt kräver särskild försiktighet avseende elektromagnetisk kompatibilitet och måste installeras och sättas igång enligt anvisningarna "Elektromagnetisk kompatibilitet".

☞ Vissa typer av mobiltelekommunikationsutrustning kan eventuellt störa denna produkt. Hänsyn måste tas till de separationsavstånd som rekommenderas i anvisningarna "Elektromagnetisk kompatibilitet".

⚠ Denna produkt får inte användas bredvid eller staplas tillsammans med annan apparat. Om denna konfigurationen inte går att förhindra måste apparatens normala drift testas innan den andvänds.

⚠ Användning av tillbehör och kablar andra än dem som specificeras eller säljs av EMS som reservdelar, kan resultera i ökad emission eller minskad immunitet i denna produkt.

# TROUBLESHOOTING

| Type of problem | Solutions |
|---|---|
| Control lamp do not illuminate when the unit is switched on | • Switch on the unit with the power switch<br>• Check the connections of the power cable of the unit<br>• Check the power supply of the dental office<br>• Send the unit to an approved EMS repair center |
| No powder/air jet coming from the handpiece when the footpedal is activated | • Switch on the unit with the power switch<br>• Check the connections between the power cable and the unit<br>• Check the power supply of the dental office<br>• Check if the Piezon handpiece cord is in its holder<br>• Check the air connection of the unit<br>• Check the connections between the unit, the handpiece cord and the handpiece<br>• Check the connection of the footpedal<br>• Check the compressed air supply<br>• Clean and dry the powder chamber<br>• Check for presence of powder/air at cord outlet port without handpiece<br>• Check for presence of powder/air at the system connector outlet without cord<br>• Eliminate residual powder present in the handpiece powder channel using cleaning needles<br>• Check the quantity of powder in your unit<br>• Send the handpiece, the cord or the unit to an approved EMS repair center |
| No water jet coming from the handpiece when the footpedal is activated | • Switch on the unit with the power switch<br>• Check the connections between the power cable and the unit<br>• Check the power supply of the dental office<br>• Check the filter<br>• Check the water adjustment of your unit<br>• Check the water supply of the unit<br>• Check if the water channel of the cord is blocked, blowing through it with compressed air (max 3 bar)<br>---> If is blocked, send the cord to an approved EMS repair center<br>• Check the connections between the unit, the cord and the handpiece<br>• Check the presence of water at the connector cord output without handpiece<br>---> If water, the handpiece is blocked and send it to an approved EMS repair center<br>• Check the presence of water at the unit connector cord without the cord<br>• Check the water supply of the office<br>• Send the handpiece to an approved EMS repair center |
| Water flow from the handpiece without pressing the footpedal | • Send the unit to an approved EMS repair center |

| | |
|---|---|
| Air flow from the handpiece without pressing the footpedal | • Send the unit to an approved EMS repair center |
| No ultrasonic oscillations when the footpedal is activated | • Switch on the unit with the power switch<br>• Check if the airflow handpiece cord is in its holder<br>• Check the air connection of the unit<br>• Check the connections between the unit, the handpiece cord and the handpiece<br>• Check the connection of the footpedal<br>• Change the handpiece<br>• Send the unit to an approved EMS repair center |
| Decreasing or insufficient ultrasonic power | • Make sure that the instrument is properly positioned<br>• Check the wear of the instrument and replace it if necessary<br>• Change the handpiece<br>• Send the handpiece to an approved EMS repair center |
| Air and/or powder is leaking from the threads of the cap of powder chamber | • Check the seal and the cleanness on the thread of the powder chamber and of the cap<br>• Replace the seal if necessary<br>• Clean the cap and the powder chamber<br>• Change the cap<br>• Send the unit to an approved EMS repair center |
| Water leakage between handpiece cord and handpiece | • Check the O-ring on the handpiece cord<br>• Send the handpiece cord to an approved EMS repair center |
| Leakage on the unit water supply | • Check the water supply connection<br>• Change the water supply hose with connector<br>• Send the unit to an approved EMS repair center |

# MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCIDENT

| Type d'incident | Solutions |
|---|---|
| Le voyant lumineux ne s'allume pas lors de la mise en marche de l'appareil | • Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur général<br>• Contrôlez le cordon secteur de l'appareil<br>• Contrôlez l'alimentation électrique du cabinet<br>• Envoyez l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |
| Aucun jet de poudre/air ne sort de la pièce à main quand la pédale de commande est activée | • Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur général<br>• Contrôlez les connexions entre le cordon secteur et l'appareil<br>• Contrôlez l'alimentation électrique du cabinet<br>• Contrôlez la mise en place du cordon de la pièce à main Piezon dans son support<br>• Contrôlez l'alimentation d'air de l'appareil<br>• Contrôlez les connexions entre l'appareil, le cordon et la pièce à main<br>• Contrôlez la connexion de la pédale de commande<br>• Contrôlez l'alimentation en air comprimé<br>• Nettoyez et séchez la chambre à poudre<br>• Contrôlez la présence de poudre/air à la sortie du cordon sans pièce à main<br>• Contrôlez la présence de poudre/air à la sortie du connecteur de l'appareil sans cordon.<br>• Eliminez la poudre résiduelle présente dans les canaux de la pièce à main en utilisant les aiguilles de nettoyage<br>• Contrôlez la quantité de poudre dans votre appareil<br>• Envoyez la pièce à main, le cordon de pièce à main ou l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |
| Aucun jet d'eau ne sort de la pièce à main quand la pédale de commande est activée | • Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur général<br>• Contrôlez les connexions entre le cordon secteur et l'appareil<br>• Contrôlez l'alimentation électrique du cabinet<br>• Contrôlez le filtre<br>• Contrôlez le réglage d'eau de votre appareil<br>• Contrôlez le réseau d'eau de l'appareil<br>• Contrôlez la présence de l'eau à la sortie du cordon, soufflez dedans avec de l'air comprimé (max. 3 bars)<br>---> s'il est bloqué, envoyez le cordon à un centre de réparation agréé EMS<br>• Contrôlez les connexions entre l'appareil, le cordon et la pièce à main<br>• Contrôlez la présence de l'eau à la sortie du cordon sans pièce à main<br>---> si il y a de l'eau, la pièce à main est bouchée, Envoyez là à un centre de réparation agréé EMS<br>• Contrôlez la présence d'eau à la sortie du connecteur de l'appareil sans cordon<br>• Contrôlez le réseau d'eau du cabinet<br>• Envoyez la pièce à main à un centre de réparation agréé EMS |
| Fuite d'eau à la pièce à main sans appuyer sur la pédale de commande | • Envoyez l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |

| | |
|---|---|
| Fuite d'air à la pièce à main sans appuyer sur la pédale de commande | • Envoyez l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |
| Pas de vibration ultrasonique lorsque la pédale de commande est actionnée | • Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur général<br>• Contrôlez la mise en place du cordon de la pièce à main Airflow dans son support<br>• Contrôlez la connexion d'air de l'appareil<br>• Contrôlez les connexions entre l'appareil, le cordon et la pièce à main<br>• Contrôlez la connexion de la pédale de commande<br>• Changez la pièce à main<br>• Envoyez l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |
| Puissance des ultrasons décroissante ou insuffisante | • Contrôlez que l'instrument est correctement fixé<br>• Contrôlez l'usure de l'instrument et remplacez-le si nécessaire<br>• Changez la pièce à main<br>• Envoyez la pièce à main à un service après-vente EMS |
| De l'air et/ou de la poudre s'échappent du pas de vis du bouchon de la chambre à poudre | • Vérifiez l'état du joint et la propreté du filet de la chambre à poudre et du bouchon<br>• Remplacez le joint si nécessaire<br>• Nettoyez le bouchon et la chambre à poudre<br>• Changez le bouchon<br>• Envoyez l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |
| Fuite d'eau entre le cordon de la pièce à main et la pièce à main | • Contrôlez l'état du joint de la pièce à main<br>• Envoyez le cordon de pièce à main à un service après-vente EMS |
| Fuite à l'alimentation d'eau | • Contrôlez la connexion d'eau de l'appareil<br>• Changez le tuyau d'alimentation d'eau<br>• Envoyez l'appareil à un centre de réparation agréé EMS |

# FEHLERBEHEBUNG

| Fehler | Abhilfe |
|---|---|
| Kontroll-Leuchten gehen nicht an wenn Gerät eingeschaltet wird | • Gerät am Geräthauptschalter einschalten<br>• Netzkabel des Gerätes kontrollieren<br>• Praxisstromversorgung überprüfen<br>• Schicken Sie das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Aus dem Handstück tritt kein Pulver-/Luftstrahl aus wenn das Fusspedal aktiviert wird | • Gerät am Geräthauptschalter einschalten<br>• Kontrollieren Sie die Verbindungen zwischen Netzkabel und dem Gerät<br>• Praxisstromversorgung überprüfen<br>• Überprüfen Sie, ob der Piezon Handstück Schlauch in seinem Halter ist<br>• Überprüfen Sie den Luftanschluss der Gerät<br>• Kontrollieren Sie die Verbindungen zwischen dem Gerät, dem Schlauch und dem Handstück<br>• Überprüfen Sie den Anschluss dess Fusspedals<br>• Kontrollieren Sie die Versorgung mit Druckluft<br>• Säubern und trocknen Sie die Pulverkammer<br>• Kontrollieren Sie das Vorhandensein von Pulver / Luft am Ende des Schlauchs ohne Handstück<br>• Kontrollieren Sie das Vorhandensein von Pulver / Luft am Anschluss des Gerätes ohne Schlauch<br>• Entfernen Sie mit Hilfe der Putznadeln das restliche Pulver aus den Leitungen<br>• Kontrollieren Sie die Pulvermenge in Ihrem Gerät<br>• Schicken Sie Ihr Handstück, Ihren Handstückschlauch oder das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Aus dem Handstück tritt kein Wasserstrahl aus wenn das Fusspedal aktiviert wird | • Gerät am Geräthauptschalter einschalten<br>• Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen Netzkabel und dem Gerät<br>• Praxisstromversorgung überprüfen<br>• Kontrollieren Sie den Filter<br>• Kontrollieren Sie die Wassereinstellung Ihres Gerätes<br>• Kontrollieren Sie das Wasserversorgung Ihres Gerätes<br>• Überprüfen Sie ob die Wasserführung der Schnur wird blockiert, durch sie mit komprimierter Luft durchbrennend (Max. 3 bar)<br>---> Wenn blockiert wird, schicken Sie die Schnur zu einer EMS genehmigtes Reparaturzentrum<br>• Verbindungen zwischen dem Gerät, dem Handstückschlauch und dem Handstück prüfen<br>• Überprüfen Sie das Vorhandensein des Wassers an der Steckerschnur, die ohne Handstück ausgegeben wird<br>---> Wenn Wasser, das handpiece blockiert wird und schicken Sie es zu einer EMS genehmigtes Reparaturzentrum<br>• Kontrollieren Sie das Vorhandensein von Wasser am Anschluss des Gerätes ohne Schlauch<br>• Kontrollieren Sie die Wasserversorgung<br>• Schicken Sie Ihr Handstück an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Wasser tritt aus dem Handstück aus, ohne das Fusspedal zu betätigen | • Schicken Sie das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |

| | |
|---|---|
| Luft tritt aus dem Handstück aus, ohne das Fusspedal zu betätigen | • Schicken Sie das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Keine Ultraschallschwingung beim Betätigen des Fusspedals | • Gerät am Geräthauptschalter einschalten<br>• Überprüfen Sie, ob die Luftstrom handpiece Schnur in seinem Halter ist<br>• Überprüfen Sie den Luftanschluss des Gerätes<br>• Die Verbindungen zwischen dem Gerät, dem Handstückschlauch und dem Handstück überprüfen<br>• Die Verbindung zwischen Fusspedal<br>• Ändern Sie das Handstück<br>• Schicken Sie das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Abnehmende oder unzulängliche Ultraschallleistung | • Überprüfen, ob das Instrument korrekt eingespannt ist<br>• Überprüfen, ob das Instrument verschlissen ist und es gegebenfalls ersetzt werden muss<br>• Wechseln Sie das Handstück<br>• Schicken Sie Ihr Handstück an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Luft und/oder Pulver tritt zwischen Verschluss und Pulverkammer aus | • Überprüfen Sie, ob sich die Silikondichtung in einem ordnungsgemässen Zustand befindet, und ob das Gewinde und der Verschluss der Pulverkammer sauber sind<br>• Wechseln Sie falls erforderlich die Dichtung aus<br>• Reinigen Sie den Verschluss und die Pulverkammer<br>• Wechseln Sie den Verschluss<br>• Schicken Sie das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Wasseraustritt an der Steckverbindung zwischen Handstückschlauch und Handstück | • Kontrollieren Sie den Zustand der Dichtungen am Anschluss des Handstücks<br>• Schicken Sie Ihr Handstückschlauch an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |
| Leck and der Wasserversorgung des Geräts | • Kontrollieren Sie die Wasserversorgung<br>• Wechseln Sie den Wasserversorgungsschlauch mit Stecker<br>• Schicken Sie das Gerät an ein von EMS genehmigtes Reparaturzentrum |

# MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE INCIDENTES

| Tipo de incidente | Soluciones |
|---|---|
| El indicador luminoso no se ilumina cuando se enciende el equipo | • Encienda el equipo con el interruptor principal<br>• Controle el cable de red de su equipo<br>• Controle la alimentación eléctrica de su consulta<br>• Envíe el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |
| No sale ningún chorro de polvo/aire del mango cuando se activa el pedal de control | • Encienda el equipo con el interruptor principal<br>• Compruebe la conexión entre el cable de red y el equipo<br>• Compruebe el suministro de energía eléctrica de la consulta<br>• Compruebe si el mango Piezon está en su soporte<br>• Compruebe la conexión de aire del equipo<br>• Controle las conexiones entre el equipo, la manguera y el mango<br>• Controle la conexión del pedal de control<br>• Compruebe la alimentación de aire comprimido<br>• Limpie y seque la cámara de polvo<br>• Compruebe la presencia de aire polvo a la salida de la manguera sin el mango<br>• Compruebe la presencia de aire polvo a la salida del equipo sin manguera<br>• Elimine cualquier polvo residual en el canal del mango utilizando aguja de limpieza<br>• Compruebe la cantidad de polvo que queda en el equipo<br>• Envie el mango, la manguera o el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |
| No sale ningún chorro de agua del mango cuando se activa el pedal de control | • Encienda el equipo con el interruptor principal<br>• Compruebe la conexión entre el cable de red y el equipo<br>• Compruebe el suministro de energía eléctrica de la consulta<br>• Compruebe el filtro<br>• Compruebe el ajuste de agua del equipo<br>• Compruebe la alimentación de agua del equipo<br>• Compruebe si el canal de agua de la manguera está bloqueado, inyectando aire comprimido (max 3 bar)<br>• --> Si está bloqueado, envie la manguera a un centro de reparación autorizado EMS<br>• Controle las conexiones entre el equipo, la manguera y el mango<br>• Compruebe la presencia del agua en la salida del conector de la manguera sin el mango<br>• --->Si hay agua, el mango está bloqueado. Enviélo a un centro de reparación autorizado EMS<br>• Compruebe la presencia de agua polvo a la salida del equipo sin mangueras<br>• Compruebe el suministro de agua de la clínica<br>• Envie el mango un centro de reparación autorizado EMS |
| Fuga de agua en el mango sin pulsar el pedal de control | • Envíe el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |

| | |
|---|---|
| Fuga de aire en el mango sin pulsar el pedal de control | • Envíe el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |
| No se generan vibraciones ultrasónicas al accionar el pedal de control | • Encienda el equipo mediante el interruptor principal<br>• Compruebe si el mango Airflow está en su soporte<br>• Compruebe la conexión de aire del equipo<br>• Controle las conexiones entre el equipo, la manguera y el mango<br>• Controle la conexión del pedal de control<br>• Cambie el mango<br>• Envíe el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |
| Potencia ultrasónica decreciente o insuficiente | • Compruebe que el instrumento está fijado correctamente<br>• Verifique si el instrumento está desgastado y reemplácelo si es necesario<br>• Cambie el mango<br>• Envíe el mango a un centro de reparación autorizado EMS |
| Existen fugas de aire y/o polvo por la rosca de la tapa de la cámara de polvo | • Compruede el estado de la junta y la limpieza de los filetes de la rosca de la cámara de polvo y de la tapa<br>• Cambie la junta si es necesario<br>• Limpie la tapa y la cámara de polvo<br>• Cambie la tapa<br>• Envíe el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |
| Existen fugas de aire y/o polvo por la rosca de la tapa | • Verifique el estado de la junta tórica de la manguera<br>• Envie el manguera a un centro de reparación autorizado EMS |
| Fuga de agua en la unidad | • Compruebe la conexión del suministro de agua<br>• Cambie la manguera de alimentación de agua<br>• Envíe el equipo a un centro de reparación autorizado EMS |

# MISURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCIDENTE

| Tipo d'incidente | Soluzioni |
|---|---|
| Le spie di funzionamento non si illuminano dopo l'accensione dell'apparecchio | • Accendere l'apparecchio mediante l'interruttore principale<br>• Controllare il cordone d'alimentazione elettrica<br>• Controllare i collegamenti elettrici dello studio<br>• Spedire l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Azionando il pedale, non esce alcun getto di polvere/aria dal manipolo | • Accendere l'apparecchio mediante l'interruttore principale<br>• Controllare la connessione fra il cordone alimentazione elettrica e l'apparecchio<br>• Controllare i collegamenti elettrici dello studio<br>• Verificare se il cordone del manipolo Piezon è nel portamanipolo<br>• Controllare il raccordo pneumatico dell'apparecchio<br>• Controllare i collegamenti tra l'apparecchio, il cordone ed il manipolo<br>• Controllare la connessione del pedale<br>• Controllare l'alimentatore di aria compressa<br>• Pulire e asciugare il vano per la polvere<br>• Verificare la presenza di aria/polvere all'uscita del cordone senza manipolo<br>• Verificare la presenza di aria/polvere all'uscita del raccordo senza il cordone<br>• Eliminare polveri residue dal canale per le polveri del manipolo uitilizzando un ago per la pulizia<br>• Controllare la quantità di polvere nell'unità<br>• Spedire il manipolo, il cordone o l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Azionando il pedale, non esce alcun getto di acqua dal manipolo | • Accendere l'apparecchio mediante l'interruttore principale<br>• Controllare la connessione fra il cordone alimentazione elettrica e l'apparecchio<br>• Controllare i collegamenti elettrici dello studio<br>• Controllare il filtro<br>• Controllare la regolazione di acqua dell'apparecchio<br>• Controllare l'alimentazione d'acqua dell'apparecchio<br>• Verificare se il canale del cordone è ostruito mediante l'inserimento di aria compressa (max 3 bar)<br>---> se vi è un'ostruzione, spedire il cordone ad un centro assistenza autorizzato EMS<br>• Controllare le connessioni fra l'apparecchio, il cordone e il manipolo<br>• Controllare la presenza di acqua nell'uscita del raccordo senza manipolo<br>---> se acqua, il manipolo è ostruito. Spedirlo ad un centro assistenza autorizzato EMS<br>• Verificare la presenza di acqua nel cordone del raccordo senza il cordone<br>• Controllare l'alimentazione d'acqua dello studio<br>• Spedire il manipolo ad un centro riparazioni EMS autorizzato |
| L'acqua fuoriesce dal manipolo senza esercitare pressione sul pedale | • Spedire l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |

| | |
|---|---|
| L’aria fuoriesce dal manipolo senza esercitare pressione sul pedale | • Spedire l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Premendo il pedale di comando non vengono prodotte oscillazioni ultra-soniche | • Accendere l’apparecchio mediante l’interruttore principale<br>• Controllare che il cordone del manipolo Airflow sia nel suo supporto<br>• Controllare il raccordo pneumatico dell’apparecchio<br>• Controllare il collegamento dell’apparecchio, cordone e il manipolo<br>• Controllare il collegamento del pedale di comando<br>• Cambiare il manipolo<br>• Spedire l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Potenza degli ultrasuoni insufficiente | • Controllare che lo strumento sia fissato correttamente<br>• Controllare l'usura dello strumento e sostituirlo se necessario<br>• Spedire il manipolo ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Aria e/o polvere fuoriescono dal filetto del tappo del vano per la polvere | • Controllare la guarnizione e la pulizia della filettatura del vano per la polvere e del tappo<br>• Sostituire la guarnizione se necessario<br>• Pulire il tappo e il vano per le polveri<br>• Sostituire il tappo<br>• Spedire l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Fuoriuscita di acqua fra il cordone del manipolo e il manipolo | • Controllare l’O-ring del cordone del manipolo<br>• Spedire il cordone del manipolo ad un centro assistenza autorizzato EMS |
| Perdita nell’unità dell’alimentazione d’acqua | • Controllare la connessione dell’alimentazione d’acqua<br>• Sostituire il flessibile dell’alimentazione d’acqua con il raccordo<br>• Spedire l'apparecchio ad un centro assistenza autorizzato EMS |

# FELSÖKNING

| Feltyp | Lösning |
|---|---|
| Indikatorlampa tänds inte när apparaten slås på | • Slå på apparaten med strömbrytaren<br>• Kontrollera strömkabelns anslutning till apparaten<br>• Kontrollera klinikens strömförsörjning<br>• Sticka apparaten till ett av EMS godkänt serviceställe |
| Ingen pulver- eller luftstråle kommer ur handstycket när fotpedalen aktiveras | • Slå på apparaten med strömbrytaren<br>• Kontrollera anslutningen mellan strömkabel och apparat<br>• Kontrollera klinikens strömförsörjning<br>• Kontrollera att slang till Piezon handstycke sitter i sin hållare<br>• Kontrollera anslutningen av tryckluft till apparaten<br>• Kontrollera anslutningarna mellan apparaten, handstyckets sladd och handstycke<br>• Kontrollera fotpedalens anslutning<br>• Kontrollera tryckluftsanslutningen<br>• Kontrollera och torka ur pulverbehållaren<br>• Kontrollera om pulver och/eller luft kommer ut ur slanganslutningen om handstycket tas bort<br>• Kontrollera om pulver och/eller luft kommer ut ur systemanslutningen om slangen tas bort<br>• Ta med hjälp av rengöringsnålar bort rester av pulver i handstyckets pulverkanal<br>• Kontrollera hur mycket pulver det finns i apparaten<br>• Skicka handstycke, slang eller apparat till av EMS godkänt serviceställe |
| Ingen vattenstråle kommer ut ur handstycket när fotpedalen aktiveras | • Slå på apparaten med strömbrytaren<br>• Kontrollera anslutningen mellan strömkabel och apparat<br>• Kontrollera klinikens strömförsörjning<br>• Kontrollera filtret<br>• Kontrollera apparatens inställning för vatten<br>• Kontrollera apparatens vattenförsörjning<br>• Kontrollera om slangens vattenkanal är tilltäppt genom att blåsa tryckluft (max 3 bar) genom den<br>---> Skicka slangen till av EMS godkänt serviceställe om den är tilltäppt<br>• Kontrollera anslutningarna mellan apparaten, handstyckets sladd och handstycke<br>• Kontrollera om vatten kommer ut ur slanganslutningen om handstycket tas bort<br>---> Om vatten kommer ut är handstycket tilltäppt och skickas till av EMS godkänt serviceställe<br>• Kontrollera om vatten kommer ut ur apparatens slanganslutning om slangen tas bort<br>• Kontrollera klinikens vattenförsörjning<br>• Skicka handstycket till av EMS godkänt serviceställe |
| Vattenflöde från handstycket utan att fotpedalen trycks ner | • Sticka apparaten till ett av EMS godkänt serviceställe |

| | |
|---|---|
| Luftflöde från handstycket utan att fotpedalen trycks ner | • Sticka apparaten till ett av EMS godkänt serviceställe |
| Inga ultraljudsvibrationer när fotpedalen aktiveras | • Slå på apparaten med strömbrytaren<br>• Kontrollera att AirFlow-handstyckets slang sitter i sin hållare<br>• Kontrollera apparatens tryckluftsanslutning<br>• Kontrollera anslutningar mellan apparat, handstyckets slang och handstycke<br>• Kontrollera fotpedalens anslutning<br>• Byt handstycke<br>• Skicka apparaten till av EMS godkänt serviceställe |
| Sjunkande eller otillräcklig ultraljudeffekt | • Kontrollera att spetsen sitter på ordentligt<br>• Kontrollera om spetsen är sliten och byt vid behov ut det<br>• Byt handstycke<br>• Skicka apparaten till av EMS godkänt serviceställe |
| Luft och/eller pulver tränger ut från gängorna till pulverkammarens lock | • Kontrollera packningen samt att pulverbehållare och lockets gängor är rena<br>• Byt vid behov packningen<br>• Rengör lock och pulverbehållare<br>• Byt lock<br>• Skicka apparaten till av EMS godkänt serviceställe |
| Vattenläckage mellan handstyckets slang och handstycke | • Kontrollera O-ringen till handstyckets slang<br>• Skicka handstyckets slang till av EMS godkänt serviceställe |
| Läckage vid apparatens vattenförsörjning | • Kontrollera anslutningen vid vattenkopplingen<br>• Byt vattenslang och ev koppling<br>• Skicka apparaten till av EMS godkänt serviceställe |